

Ocena parametrów jakościowych i użytkowych

Załącznik nr 7

Pakiet IV poz. 1 Kranik - rampa

L.p.	Opis wymaganych parametrów	Spełnienie warunków	Opis oferowanych parametrów wraz z podaniem numeru strony oferty z dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku dla poszczególnych pozycji (wypełnia Wykonawca)	Punktacja
1	2	3	4	5
1.	Kranik-rampa	(wpisać nr katalogowy i nazwę producenta)		
2.	Użycie kranika przez 7 dni lub do 600 aktywacji	TAK		Użycie do 7 dni lub do 400 aktywacji – 2pkt. Użycie do 7 dni lub od 401 do 600 aktywacji – 5 pkt.
3.	Kranik dostosowany do użycia z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlohexydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi, co wymaga potwierdzenia badaniami klinicznymi	TAK		Warunek wymagany niepodlegający ocenie
4.	Różnokolorowe oznaczenie kraników	TAK/NIE		Jednobarwne oznaczenie kraników – 0 pkt. Różnokolorowe oznaczenie kraników – 3 pkt.
5.	Kraniki bezłateksowe pozbawione części metalowych	TAK		Warunek wymagany, niepodlegający ocenie
6.	System 6 lub 7 łączników bezigłowych o długości 23-25cm	TAK		Warunek wymagany, niepodlegający ocenie

7.	Kranik-rampa bezigłowy sterylny jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo.	TAK		Warunek wymagany, niepodlegający ocenie
----	--	-----	--	---

Pakiet IV poz. 2 łącznik bezigłowy - koreczek

L.p.	Opis wymaganych parametrów	Spełnienie warunków	Opis oferowanych parametrów wraz z podaniem numeru strony oferty z dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku dla poszczególnych pozycji (wypełnia Wykonawca)	Punktacja
1	2	3	4	5
1.	łącznik bezigłowy	(wpisać nr katalogowy i nazwę producenta)		
2.	Użycie łącznika przez 7 dni lub do 600 aktywacji	TAK		Użycie do 7 dni lub do 400 aktywacji – 3pkt. Użycie do 7 dni lub od 401 do 600 aktywacji – 10 pkt.
3.	łącznik dostosowany do użycia z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlohexydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi, co wymaga potwierdzenia badaniami klinicznymi	TAK		Warunek wymagany, niepodlegający ocenie
4.	łącznik bezigłowy – koreczek bezlateksowy, pozbawiony części metalowych	TAK		Warunek wymagany, niepodlegający ocenie
5.	łącznik bezigłowy – koreczek do połączeń typu luer-lock	TAK		Warunek wymagany, niepodlegający ocenie

6.	Łącznik bezigłowy sterylny jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo.	TAK		Warunek wymagany, niepodlegający ocenie
----	---	-----	--	---

UWAGA: Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium: oceny parametrów jakościowych i użytkowych , w pakiecie IV wynosi 18 punktów.

Pakiet nr XX poz. 1 Igła do aspiracji leków typu MINI-SPIKE

L.p.	Opis wymaganych parametrów	Spełnienie warunków	Opis oferowanych parametrów wraz z podaniem numeru strony oferty z dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku dla poszczególnych pozycji (wypełnia Wykonawca)	Punktacja
1	2	3	4	5
1.	Igła do aspiracji leków typu MINI-SPIKE, spełniająca poniższe wymogi:	(wpisać nr katalogowy i nazwę producenta)		
2.	Zastawka uniemożliwiająca wyciek płynu po odłączeniu strzykawki	TAK		Warunek wymagany, niepodlegający ocenie
3.	Filtr aerozolowy o pojemności do 2µm	TAK		Filtr aerozolowy o pojemności najmniejszej uzyska max ilość punktów - 5pkt., inne proporcjonalnie
4.	Filtr przeciwbakteryjny o pojemności do 5µm	TAK		Filtr przeciwbakteryjny o najmniejszej pojemności

				uzyska max ilość pkt – 5 pkt., inne proporcjonalne
5.	Kolec standardowy	TAK		Warunek wymagany, niepodlegający ocenie
6.	Igła sterylna jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo.	TAK		Warunek wymagany, niepodlegający ocenie

UWAGA: Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium: oceny parametrów jakościowych i użytkowych , w pakiecie XX wynosi 10 punktów.