

Poznań, dn. 15.09.2009 r

EZ/ 5312/3 /2009

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 80/2009 na zakup i dostawę sprzętu medycznego sterylnego, jednorazowego użytku do biopsji mammotomicznej grubo igłowej wraz z dzierżawą urządzenia do wykonywania biopsji grubo igłowej wspomaganej próżnią.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wymienionego w tytule przetargu.

Treść pytań:

Pismem z dnia 14 września 2009 r. Zamawiający zawiadomił o modyfikacji treści Specyfikacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert.

W załączniku nr 1 do Specyfikacji „Formularz cenowy/ opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający wymaga wpisania cen igieł. Nie jest to jednak możliwe bez uprzedniego określenia ilości igieł RTG i USG albowiem różnią się one ceną.

Podobnie w wypadku znacznika tkankowego Zamawiający nie określił ilości w odniesieniu do poszczególnych grubości igieł.

Mając na uwadze powyższe proszę o wyjaśnienie treści załącznika nr 1 do Specyfikacji w następującym zakresie:

1. Ilości igieł pod Rtg.
2. Ilość igieł pod USG.
3. Ilość znacznika tkankowego dla poszczególnych rodzajów igieł.
4. Jaki zabieg należy wycenić (pod USG czy pod RTG), jakie materiały zużywalne i w jakiej ilości należy doliczyć w pozycji koszt zabiegu. W przypadku (nazwa firmy) koszty zabiegu pod USG różnią się od kosztów zabiegu pod Rtg. Proszę również uwzględnić i wyjaśnić w jaki sposób wliczyć koszt pojemnika próżniowego oraz znacznika tkankowego, które nie są zamawiane w proporcji 1:1 w stosunku do ilości zamawianych igieł a są jak najbardziej niezbędne do wykonania zabiegu i są również materiałami zużywalnymi.

Proszę także o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapisy załącznika nr 6 do Specyfikacji:

1. poz 8 tabeli „Urządzenie do biopsji grubo igłowej wspomaganej próżnią” jakiego typu rękojeść (pod USG czy Rtg) zostanie oceniona, w przypadku (nazwa firmy) jedna z oferowanych rękojeści jest „Ergonomiczną, lekką rękojeścią, z pojedynczym giętkim przewodem zasilającym”.
2. poz nr 2 w tabeli „Igła biopsyjna do biopsji grubo igłowej”, jaka igła (pod USG czy Rtg) będzie oceniana, w przypadku (nazwa firmy) jedna z igieł posiada „Integralne połączenie igły biopsyjnej z pojedynczym drenem”.

Proszę także o wyjaśnienie w załączniku nr 2 do SIWZ w Formularzu ofertowym czego dokładnie ma dotyczyć oferowany przedmiot zamówienia i jaka dokładnie wpisać wartość przedmiotu zamówienia, z treści SIWZ wynika, że przedmiotem zamówienia są materiały zużywalne i dzierżawa aparatu do wykonywania biopsji natomiast w załączniku nr 1 Zamawiający wartość zamówienia określa wraz z kosztami wykonania 700 zabiegów biopsyjnych.

Proszę także rozważenie czy wymóg dodania cen pozycji I, II i III wyrażony w tabeli A „wartość zamówienia” załącznika nr 1 jest prawidłowy. Doliczenie kosztu pojedynczego zabiegu jest bezcelowe albowiem wszystkie składowe ceny zostaną przez Wykonawców ujęte w pozycjach I i II.

W związku z tym, że zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na złożone pytania, przedłuża termin składania ofert na dzień 23.09.2009r , godzina składania ofert 10:00 i otwarcia ofert 11:00.

Odpowiedzi na pytania zostaną przesłane Wykonawcom w jak najkrótszym terminie, oddzielnym pismem.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna