

Poznań, dn. 16.09.2009 r

EZ/ /2009

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 80/2009 na zakup i dostawę sprzętu medycznego sterylnego, jednorazowego użytku do biopsji mammotomicznej grubo igłowej wraz z dzierżawą urządzenia do wykonywania biopsji grubo igłowej wspomaganą próżnią.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wymienionego w tytule przetargu. Zamawiający udziela na nie następujących odpowiedzi:

Treść pytań:

Pismem z dnia 14 września 2009 r. Zamawiający zawiadomił o modyfikacji treści Specyfikacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert.

W załączniku nr 1 do Specyfikacji „Formularz cenowy/ opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający wymaga wpisania cen igieł. Nie jest to jednak możliwe bez uprzedniego określenia ilości igieł RTG i USG albowiem różnią się one ceną.

Podobnie w wypadku znacznika tkankowego Zamawiający nie określił ilości w odniesieniu do poszczególnych grubości igieł.

Mając na uwadze powyższe proszę o wyjaśnienie treści załącznika nr 1 do Specyfikacji w następującym zakresie:

1. Ilości igieł pod Rtg.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje ilość igieł biopsyjnych pod RTG i ustala tę ilość na 600sztuk.

2. Ilość igieł pod USG.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje ilość igieł biopsyjnych pod RTG i ustala tę ilość na 100sztuk.

3. Ilość znacznika tkankowego dla poszczególnych rodzajów igieł.

Odpowiedź: Zamawiający określa niniejszym ilość znacznika dla poszczególnych rodzajów igieł:

- dla igieł biopsyjnych pod RTG – 172szt.
- dla igieł biopsyjnych pod USG – 28szt.

4. Jaki zabieg należy wycenić (pod USG czy pod RTG), jakie materiały zużywalne i w jakiej ilości należy doliczyć w pozycji koszt zabiegu. W przypadku (nazwa firmy) koszty zabiegu pod USG różnią się od kosztów zabiegu pod Rtg. Proszę również uwzględnić i wyjaśnić w jaki sposób wliczyć koszt pojemnika próżniowego oraz znacznika tkankowego, które nie są zamawiane w proporcji 1:1 w stosunku do ilości zamawianych igieł a są jak najbardziej niezbędne do wykonania zabiegu i są również materiałami zużywalnymi.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje niniejszym modyfikacji treści Załącznika nr 1 do SIWZ poprzez usunięcie części III. tabeli „Całkowity koszt wykonania jednego zabiegu przy użyciu oferowanego urządzenia, uwzględniający wyłącznie materiały zużywalne” oraz tabeli A, która dotyczy wartości zamówienia będącej sumą części I + II + III.

W związku z powyższym w załączniku nr 1 - formularzu cenowym obowiązują tabele: tabela nr I: „Asortyment – sprzęt medyczny sterylny, jednorazowego użytku” i tabela nr II: „Dzierżawa urządzenia do biopsji mammotomicznej gruboigłowej wspomaganej próżnią” oraz tabela „Całkowita wartość zamówienia“, będąca sumą pozycji I + II i którą to wartość po wyliczeniu należy wpisać w formularzu ofertowym.

W tym stanie rzeczy koszt wyliczenia 1 zabiegu **nie obowiązuje** przy składaniu oferty.

Proszę także o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapisy załącznika nr 6 do Specyfikacji:

5. poz 8 tabeli „Urządzenie do biopsji grubo igłowej wspomaganej próżnią” jakiego typu rękojeść (pod USG czy Rtg) zostanie oceniona, w przypadku (nazwa firmy) jedna z oferowanych rękojeści jest „Ergonomiczną, lekką rękojeścią, z pojedynczym giętym przewodem zasilającym”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 6 – Formularzu oceny technicznej – tabela „Urządzenie do biopsji grubo igłowej wspomaganej próżnią” poz. 8, który przyjmuje nową treść w kolumnie 5 - Punktacja:

Kolumna 5: Punktacja:

przy odpowiedzi „ TAK”:

- rękojeść z pojedynczym kablem zasilającym do zabiegu pod RTG - **8,5pkt**,
- rękojeść z pojedynczym kablem zasilającym do zabiegu pod USG - **1,5pkt**.

przy odpowiedzi „ NIE” – 0pkt.

Powyższa punktacja wynika z proporcjonalnego przeliczenia ilości zabiegów pod USG i RTG tj. odpowiednio 15% i 85% zabiegów.

6. poz nr 2 w tabeli „Igła biopsyjna do biopsji grubo igłowej”, jaka igła (pod USG czy Rtg) będzie oceniana, w przypadku (nazwa firmy) jedna z igieł posiada „Integralne połączenie igły biopsyjnej z pojedynczym drenem”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 6 – Formularzu oceny technicznej – tabela „Igła biopsyjna do biopsji grubo igłowej” poz. 2 „Integralne połączenie igły biopsyjnej z pojedynczym drenem”, który przyjmuje nową treść w kolumnie 5 - Punktacja:

Kolumna 5: Punktacja:

przy odpowiedzi „TAK”:

- igła integralnie połączona z drenem do zabiegu pod RTG - **8,5pkt**,
- igła integralnie połączona z drenem do zabiegu pod USG -**1,5pkt**.

przy odpowiedzi „NIE” – 0pkt.

Powyższa punktacja wynika z proporcjonalnego przeliczenia ilości zabiegów pod USG i RTG tj. odpowiednio 15% i 85% zabiegów.

7. Proszę także o wyjaśnienie w załączniku nr 2 do SIWZ w Formularzu ofertowym czego dokładnie ma dotyczyć oferowany przedmiot zamówienia i jaka dokładnie wpisać wartość przedmiotu zamówienia, z treści SIWZ wynika że przedmiotem zamówienia są materiały zużywalne i dzierżawa aparatu do wykonywania biopsji natomiast w załączniku nr 1 Zamawiający wartość zamówienia określa wraz z kosztami wykonania 700 zabiegów biopsyjnych.

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia dotyczy:

Zakupu i dostawy sprzętu medycznego sterylnego, jednorazowego użytku do biopsji mammotomicznej gruboigłowej wraz z dzierżawą urządzenia do wykonywania biopsji gruboigłowej wspomaganą próżnią.

Postępowaniem przewidziany jest zakup:

- **Igieł biopsyjnych do zabiegu pod RTG – 600 szt**
- **Igieł biopsyjnych do zabiegu pod USG – 100 szt**
- **Znacznik tkankowy do zabiegu pod RTG – 172 szt**
- **Znacznik tkankowy do zabiegu pod USG – 28 szt**
- **Pojemnik próżniowy - 300 szt**
- **Prowadnica do igły biopsyjnej o rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi oferowanych igieł biopsyjnych – 700 szt**
- **Dren pojedynczy - 700 szt (tylko w przypadku oferowania igieł i drenów nie posiadających połączenia w jedną całość.)**

Do formularza ofertowego należy wpisać wartość wynikającą z sumowania poz. I i II formularza cenowego. Ta wartość oceniana będzie w kryterium cena (waga kryterium 70 %) Odpowiedź na powyższe zawarta jest również w odpowiedzi na pytanie nr 4 niniejszego pisma.

8. Proszę także rozważenie czy wymóg dodania cen pozycji I, II i III wyrażony w tabeli A „wartość zamówienia” załącznika nr 1 jest prawidłowy. Doliczenie kosztu

pojedynczego zabiegu jest bezcelowe albowiem wszystkie składowe ceny zostaną przez Wykonawców ujęte w pozycjach I i II.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje zapisy w tabeli III dotyczące kosztu jednego zabiegu (odpowiedź zawarta jest również w odpowiedzi na pytanie 4 niniejszego pisma)

9. Dotyczy poz. 8 Załącznika nr 6 do s.i.w.z. „Urządzenie do biopsji grubo igłowej wspomaganą próżnią.”

Czy powołany powyżej zapis o treści:

„... Ergonomiczna, lekka rękojeść, z pojedynczym giętkim przewodem zasilającym.” należy w przypadku zaoferowania systemu z dwoma rękojeściami (osobno USG i RTG) rozumieć, jako przyznanie badanej takowej ofercie 10 pkt. w przypadku zaoferowania dwóch oddzielnych rękojeści do badań pod kontrolą USG i RTG dysponujących (obydwie) pojedynczym giętkim kablem zasilającym oraz jeżeli będzie ergonomiczna i lekka.

W przypadku zaoferowania systemu z jedną rękojeścią do wykonywania badań pod kontrolą USG i RTG oferta otrzyma 10 pkt. po spełnieniu powołanego wymagania jak i również, jeżeli będzie ergonomiczna, lekka, z pojedynczym giętkim przewodem zasilającym.

Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedź na to pytanie w udzielonej odpowiedzi w pkt. 5.

10. Dotyczy poz. 2 Załącznika nr 6 do s.i.w.z. „Igła biopsyjna do biopsji gruboigłowej.”

Czy powołany powyżej zapis o treści:

„... Integralne połączenie igły biopsyjnej z pojedynczym drenem.”

należy rozumieć w następujący sposób?

Jeżeli wykonawca zaoferuje system, w którym występuje jeden rodzaj igły biopsyjnej z pojedynczym drenem do badań pod kontrolą USG i RTG (dopuszcza się dren dwuświatłowy) otrzyma w danej poz. 2 – 10 pkt. jak i system gdzie zaoferuje Wykonawca dwie igły biopsyjne każda z pojedynczym drenem zarówno do igły pod kontrolą USG jak i również RTG (dopuszcza się dren dwuświatłowy).

Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedź na to pytanie udzielonej odpowiedzi w punkcie 6

11. Dotyczy Tabeli nr III poz. 1 Załącznika nr 1 do s.i.w.z.

Czy powołany powyżej zapis o treści:

„... Całkowity koszt wykonania jednego zabiegu przy użyciu oferowanego urządzenia uwzględniający wyłącznie materiały zużywalne.”

Należy rozumieć jako całkowity koszt materiałów zużywalnych do badania pod kontrolą RTG zawierający takie elementy jak:

Igła biopsyjna do badań pod kontrolą RTG – 1 szt;

Dren pojedynczy – 1 szt;

Prowadnica – 1 szt;

Znacznik tkankowy – 1 szt;

Pojemnik próżniowy – 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający zawarł odpowiedź na to pytanie w udzielonych odpowiedziach w punktach 4 i 8.

Termin składania ofert w związku ze złożonymi pytaniami został przedłużony, o czym Zamawiający informował Wykonawców w swoim piśmie z dnia 15.09.2009 roku, znak: EZ/5312/3/2009 i wyznaczony został na dzień 23.09.2009, godzina składania ofert 10:00 i godzina otwarcia ofert 11:00.

W załączeniu niniejszego pisma Zamawiający przesyła uaktualnione załączniki nr 1 i 6 do siwz.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna