

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm) – procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 206 000 EURO.

### DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr 83/2009

#### **Zakup i dostawa urządzeń dla Pracowni Mikrobiologii.**

#### **Nazwa oraz adres zamawiającego**

Wielkopolskie Centrum Onkologii  
ul. Garbary 15  
61-866 Poznań  
tel. 61/ 88 50 500  
fax. 61/ 8 52 19 48  
godz. pracy od pn – pt w godz. 7.30 - 15.00  
adres e-mail:  
[zaopatrzenie@wco.pl](mailto:zaopatrzenie@wco.pl); [sylwia.krzywiak@wco.pl](mailto:sylwia.krzywiak@wco.pl); [maria.wielgus@wco.pl](mailto:maria.wielgus@wco.pl)  
tel. 61/88 50 644, 61/88 50 911, fax 61/ 88 50 698 (do Działu zamówień publicznych i zaopatrzenia)

#### **I. Tryb udzielenia zamówienia.**

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm),zwanej dalej ustawą oraz m.in. zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz. 896 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (*oferowany przedmiot zamówienia nie gorszy niż ten określony w SIWZ*), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67.ust. 1 pkt. 7 ustawy.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Warunki płatności: płatność w terminie 30 dni od otrzymania towaru wraz z fakturą

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy – załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Jednocześnie stosowanie do dyspozycji art. 36 ust. 5 ustawy – Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

## **II. Opis przedmiotu zamówienia.**

### **Zakup i dostawa urządzeń do Pracowni Mikrobiologii.**

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
39180000-7 - meble laboratoryjne  
38000000-5 – sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

#### **Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń do Pracowni Mikrobiologii wg poniższych pakietów:

**Pakiet nr 1 Komory laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego o poniższych wymiarach blatu roboczego : - 1 szt.**

- wymiarzy blatu roboczego: wym. szer. 900mm, gł. 600-650mm, wys. ok. 700mm
- wymiary zewnętrzne: szer. maksymalnie 1005mm, gł. 800mm;
- min. jedno gniazdo elektryczne i zawór do podłączenia odległej pompy próżniowej

**Komory laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego o poniższych wymiarach blatu roboczego : - 1 szt.**

- wymiarzy blatu roboczego: wym. szer. 1200mm, gł. 600-650mm, wys. ok. 700mm
- wymiary zewnętrzne: szer. maksymalnie 1330mm, gł. 800mm;

**Pakiet nr 2 Chłodziarka laboratoryjna z zamrażalnikiem – 1 szt.**

**Pakiet nr 3 Szafa do przechowywania odczynników łatwopalnych i szkodliwych – 1 szt.**

Pakiet nr 4 Szafa termostaticzna dwukomorowa – 1 szt.

Pakiet nr 5 1. Autoklaw klasy B – 1 szt.

2. Suszarka laboratoryjna – 1 szt.

3. Palnik gazowy z włącznikiem nożnym – 4 szt.

4. Palnik gazowy Bunsena – 1 szt.

5. Łaźnia wodna – 1 szt.

6. Zgrzewarka – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji.

Pozostałe oczekiwania Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

- a) Wymagany dla urządzeń objętych przedmiotem zamówienia termin produkcji – *nie wcześniej niż 1 połowa 2009r.*
- b) Wykonawca zapewnia w cenie dostawy: instalację urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomienie, przeprowadzenie testu sprawności, a w przypadku autoklawu i komór laminarnych wykonanie testu instalacyjnego parametrów podstawowych i dostarczenie do wglądu odpowiednich dokumentów wzorcowania przyrządów kontrolno-pomiarowych; oraz przeszkolenie personelu w zakresie właściwej obsługi i konserwacji urządzeń, w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia.
- c) Wymagany przez Zamawiającego termin płatności 30 dni,
- d) Wymagany termin realizacji – patrz pkt III niniejszej SIWZ,
- e) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na oferowane urządzenia – *przedmiot zamówienia* przez okres **co najmniej 24 miesiące**, licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji i podpisania protokołu odbioru. *Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji należy wpisać w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.*
- f) W okresie, **co najmniej 24 miesiące**, od podpisania protokołu odbioru Zamawiający korzysta bez wyłączeń z prawa do rękojmi z tytułu wad fizycznych przedmiotu zamówienia. *Oferowany przez Wykonawcę okres korzystania z prawa do rękojmi należy wpisać w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.*
- g) Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewnia serwis eksploatacyjny, w zakresie nie gorszym, niż ustalony przez producenta urządzenia – *przedmiotu zamówienia*. Wymagany przez producenta serwis eksploatacyjny w okresie trwania gwarancji odbywa się na koszt Wykonawcy.
- h) Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia Zamawiającemu :
  - Wliczone w cenę przedmiotu zamówienia: wszystkie koszty związane z naprawą urządzeń – *przedmiotu zamówienia* w siedzibie Zamawiającego - w ciągu 36 godz. od dnia powiadomienia o awarii lub uszkodzeniu.
  - W przypadku konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego nieprzekraczalny czas usunięcia uszkodzenia wynosi do 3 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzania części niezbędnych do przeprowadzenia naprawy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – czas usunięcia uszkodzenia wynosi do 5 dni roboczych.
  - W przypadku naprawy trwającej dłużej, niż 3 dni robocze – dostarczenie sprzętu zastępczego, o parametrach nie gorszych od *przedmiotu zamówienia*.
  - Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy urządzenia – *przedmiotu zamówienia* w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni, liczonych od momentu zgłoszenia awarii lub awarii do momentu jej usunięcia.

- W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy.
  - Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzenia – *przedmiotu zamówienia*, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy. W przypadku okoliczności określonych wyżej przedłużeniu ulega okresu gwarancji o okres niesprawności dostarczonego urządzenia – *przedmiotu zamówienia*.
- i) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy dokumentację techniczną wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, bez dodatkowej opłaty oraz:
- kartę gwarancyjną, a w przypadku Wykonawcy, który nie jest producentem urządzeń objętych przedmiotem zamówienia – dokument, z którego będzie wynikać, iż wstępuje on lub przejmuje obowiązki gawranta w zakresie warunków gwanacji. Dokumenty, o których mowa wyżej nie mogą naruszać zapisów niniejszej SIWZ.
  - dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  - wykaz autoryzowanych punktów serwisowych

### **III. Termin wykonania zamówienia.**

#### **Dostawa przedmiotu zamówienia w dwóch transzach:**

- dostawa w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. W ofercie należy przedstawić oferowany termin realizacji.

### **IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

#### **1. Którzy:**

- *posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;*
- *posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;*
- *znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;*
- *nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

2. Spełnią wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w pkt VI niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.**

**Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V niniejszej specyfikacji spowoduje wykluczenie Wykonawcy.**

- b.** W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
- Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
  - W odniesieniu do warunku niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału kadrowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej o których mowa w podpunkcie 1 niniejszego punktu oraz w punkcie VI specyfikacji– muszą wykazać, że wspólnie spełniają wymagane warunki.
  - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
  - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.
  - Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę: w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich PODMIOTÓW występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika.
  - Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została wybrana zobowiązani są przed zawarciem umowy, do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

## **V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

Na podstawie art. 25 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w *sprawie dokumentów, jakich może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605) oraz innych obowiązujących przepisów prawa Zamawiający wymaga by:

### **A. W celu potwierdzenia, posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi umieścić w ofercie niżej wymienione dokumenty:**

- 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (*wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*).

W przypadku wykonawcy będącego spółką cywilną wymagane jest załączenie do oferty:

- a) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego wspólników;
- b) pełnomocnictwa wspólników do występowania w imieniu spółki lub złożenia dokumentów przetargowych podpisanych przez wszystkich wspólników, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.

- 2) Oświadczenie, zgodne z warunkami określonymi w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2, w związku z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do specyfikacji.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w podpunkcie 1 punktu VI A niniejszej specyfikacji przedkłada odpowiednie dokumenty, które zostały wskazane w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605) na zasadach określonych dyspozycją § 2 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia.

**B. W celu potwierdzenia, iż oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wraz z ofertą złożyć odpowiednio - (jeśli dotyczy w odniesieniu do 1-3):**

- 1) **dla wyrobów medycznych o klasie ryzyka I z wyjątkiem wyrobów medycznych klasy I z funkcją pomiarową, klasy I sterylnych, sterylnych zestawów i systemów zabiegowych:**
  - a) odpowiednią *deklarację zgodności CE* producenta zgodną z dyrektywą 93/42/EWG dla wyrobów medycznych dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem,  
**LUB**
  - b) inne *zaświadczenie* ważne w okresie przejściowym do 31.12.2005 poświadczające dopuszczenie produktu do obrotu na rynek Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że jest on bezpieczny w użyciu dla personelu medycznego jak i pacjentów, **zachowujące swoją ważność na dzień składnia oferty.**
- 2) **dla pozostałych wyrobów medycznych (kl. I – z funkcją pomiarową, sterylne, \_sterylnych zestawów i systemów zabiegowych, kl. IIa, kl. IIb, kl. III).**
  - a. odpowiedni *certyfikat zgodności wyrobu* z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 93/42/EWG i **98/79/WE - (certyfikat CE – IVD)** wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną,
  - b. odpowiednią *deklarację zgodności CE* producenta zgodną z dyrektywą 93/42/EWG dla wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia,
  - c. *świadectwo rejestracji* w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych bądź inne *zaświadczenie* ważne w okresie przejściowym do 31.12.2005 poświadczające dopuszczenie produktu do obrotu na rynek Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że jest on bezpieczny w użyciu dla personelu medycznego jak i pacjentów.  
**zachowujące swoją ważność na dzień składnia oferty**
- 3) Oświadczenie o klasyfikacji wyrobu, o ile nie wynika to z ww. dokumentów.

*W odniesieniu do dokumentów określonych w podpunkcie B 1-3 odpowiednie zastosowanie znajdują normy określone w § 3 ust.1 pkt. 2 i 4 przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605).*

**C. Ponadto, stosowanie do dyspozycji art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:**

- 1) Pełnomocnictwo osób sporządzających ofertę, jeżeli ich kompetencja nie wynika wprost z dokumentów określonych w podpunkcie A 1) punktu VI niniejszej specyfikacji.
- 2) Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), - będącą sumą wartości, tak brutto jak i netto - podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo.
- 3) Formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszej specyfikacji.
- 4) Oświadczenie o przekazaniu części zamówienia podwykonawcom **załącznik nr 4**. *Stosownie do dyspozycji art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.*
- 5) Dokumenty zawierające opis parametrów funkcjonalno – technicznych przedmiotu zamówienia w formie kart katalogowych/folderów, potwierdzające spełnienie warunków określonych w załączniku nr 6 specyfikacji.
- 6) Wypełniony formularz specyfikacji technicznych stanowiący **załącznik nr 6** do specyfikacji.
- 7) Oświadczenie wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty wykona test instalacyjny i dostarczy do wglądu odpowiednie dokumenty wzorcowania przyrządów kontrolno-pomiarowych – dotyczy pakietu nr 1 (komora laminarna) i pakietu nr 5 poz. 1 ( autoklaw klasy B)

Zamawiający **wykluczy** z postępowania Wykonawcę, który:

- Nie spełni warunków określonych art.22 ust.1 pkt 1-4 i w art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów lub nie spełni innych wymagań określonych w ustawie i niniejszej SIWZ, *poza sytuacjami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych*, a w szczególności nie wniesie wadium.

Oferta Wykonawcy, który został wykluczony zostaje uznana za odrzuconą i nie jest rozpatrywana. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia zgodnie z art.24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## **VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

- a) **Wszelką korespondencję należy kierować na adres Wielkopolskiego Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61- 855 Poznań - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.**

**Godziny pracy WCO – 7.30- 15.00.**

***Na podstawie art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający ustala następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami.***

1. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. **Oferta musi być złożona na piśmie w terminie składania ofert.**
3. Wnioski, zawiadomienia, informacje i oświadczenia (**nie dotyczy oświadczeń wymaganych w SIWZ, które muszą być dołączone do oferty na piśmie**) przekazywane mogą być **faxem** lub drogą elektroniczną, a następnie pisemnie.
4. **Każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt. 3.**
5. Protest może być złożony faxem lub drogą elektroniczną, a następnie pisemnie.
6. W przypadku wniesienia pytań o wyjaśnienie treści SIWZ (faxem lub pisemnie) lub wniesienia protestu Zamawiający prosi o przesłanie treści tych dokumentów e-mailem na adres: [zaopatrzenie@wco.pl](mailto:zaopatrzenie@wco.pl), [sylwia.krzywiak@wco.pl](mailto:sylwia.krzywiak@wco.pl), [maria.wielgus@wco.pl](mailto:maria.wielgus@wco.pl) w celu ułatwienia i przyspieszenia odpowiedzi oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej.
7. Rozstrzygnięcia protestu przesyłane będą faxem lub drogą elektroniczną, a następnie pisemnie.
8. SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego – [www.wco.pl](http://www.wco.pl) – **zakładka zamówienia publiczne** od dnia publikacji ogłoszenia w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, nie później jednak niż na 6 dni przed terminem składania ofert (dzień otwarcia ofert nie wlicza się do tego terminu). Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza ją na tej stronie. Przepisy art.38 ust. 4,5,6,7 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

b) **Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:**

pod względem merytorycznym: Wanda Michalska, tel 061/ 88 50 833

pod względem formalnym i prawnym:

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:* Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska, Maria Wielgus tel. (61) 88 50 643, 88 50 644, 88 50 911 fax 61/ 88 50 698, Michał Mikołajczak - pod względem prawnym, tel. (61) 88 50 644

## **VII. Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

## **VIII. Termin związania ofertą.**

Wykonawca pozostaje związany ofertą **przez okres 30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **IX. Opis sposobu przygotowywania ofert.**

1. Ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 1 cytowanej ustawy.



2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Faks lub droga elektroniczna nie stanowią formy pisemnej, aby były skuteczne muszą być niezwłocznie potwierdzone pismem.
3. Wykonawca składa ofertę, zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu – art. 36 ust. 2 pkt 8 cytowanej ustawy.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert - (art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
6. Oferta musi być **podpisana** przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty, o których mowa w punkcie VI podpunkt 1.1 specyfikacji, upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty oraz dokonywania innych czynności w toku postępowania o zamówienie publiczne winno być dołączone do oferty.
7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczętkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.
8. W związku z wejściem w życie nowej Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, Dz.U. nr 225, poz.1635 oraz w związku z opinią Urzędu Zamówień Publicznych nr UZP/DP/O-RJE/4830/1996/07 z dnia 30.01.2007r. w sprawie opłaty skarbowej w zamówieniach publicznych, w której stwierdza się, iż złożenie dokumentu pełnomocnictwa (do reprezentowania lub zawarcia umowy) przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej informujemy, że wniesienie opłaty skarbowej w przypadku dołączania do ofert Pełnomocnictwa nie jest obowiązkowe. Powyższe wynika z opinii prawnej Departamentu Prawnego UZP. W dalszym ciągu brak jest innych opinii prawnych i ugruntowanego orzecznictwa w tej sprawie.
9. Każda strona oferty wraz z załącznikami ma być ponumerowana i **podpisana**, w czytelny sposób przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Najlepiej, gdyby podpis był opatrzony pieczętką imienną, identyfikującą osobę podpisującą. Zamawiający nie dopuszcza tzw. parafowania poszczególnych stron oferty, chyba że wraz z ofertą Wykonawca załączy wzór parafy, z danymi identyfikującymi osobę składającą parafę, a tak prafa będzie opatrzona pieczętką imienną, identyfikującą osobę podpisującą.
10. Wszystkie strony oferty winny być połączone – (zszyte zszywaczem lub bindownicą lub w skoroszycie) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i własnoręcznie podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
11. Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji. Formularz Ofertowy oraz inne załączniki, stanowiące integralną część specyfikacji,

zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowienia niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tegoż dokumentu.

12. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 cytowanej ustawy.
13. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczęcią Wykonawcy oznaczonych w następujący sposób:
  - a.

**Przetarg nieograniczony (nr 83/2009) – Zakup i dostawa urządzeń dla Pracowni Mikrobiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Nie otwierać przed ..... /data otwarcia ofert/**

- b. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej, należy przygotować w sposób określony w pkt 13 a i przesłać w zewnętrznej kopercie, na której powinna znajdować się pieczęć Wykonawcy, zaadresowanej w następujący sposób:

**Wielkopolskie Centrum Onkologii  
ul. Garbary 15,  
61-866 Poznań**

**Przetarg nieograniczony 83/2009 – Zakup i dostawa urządzeń dla Pracowni Mikrobiologii**

Każda Oferta opatrzona zostanie numerem wpływu odnotowanym na kopercie oferty.

## **X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

### **1. Miejsce oraz termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć w pokoju 301 (Kancelaria – III piętro), w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 14.30 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Garbary 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia **10.09.2009 r.** do godz. **10<sup>00</sup>**.

### **2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:**

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.09.2009** o godz. **11<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego – Kantor Cegielskiego, Rotunda, parter pokój nr 001.

- Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje dotyczące ceny oferty.
- Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty.

## **XI. Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty **wszystkie przewidywane koszty** realizacji zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty.
3. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach i obliczona zgodnie z konstrukcją formularza *ofertowego i cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 nr 2 do niniejszej specyfikacji* z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad obowiązujących w rachunkowości.
4. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej SIWZ.
5. Cena przedstawiona w ofercie nie podlega waloryzacji.
6. Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

**Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z wagami (procentowym znaczeniem), oraz sposób obliczenia wartości punktowej oferty.**

**Kryteria: (opis kryterium/ i jego znaczenie (wag):**

Cena	100%
	-----
	Razem 100%

**Ilość punktów przyznana w kryterium „cena” wyliczona będzie wg wzoru:**

$$C = \frac{\text{Najniższa cena}}{\text{Cena badanej oferty}} \times \text{waga} \times 100$$

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

*Przy ocenie wysokości zaproponowanej ceny wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto – oferta najkorzystniejsza (art. 2 pkt.5 w zw. z art. 91 ustawy). Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertą przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem.*

Stosowanie do dyspozycją art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Zgodnie natomiast z treścią art. 91 ust. 6 ww. ustawy – Wykonawcy, składający oferty, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi w **załącznik nr 5** do specyfikacji oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, tożsamych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym nastąpi po spełnieniu warunków określonych dyspozycją art. 94 Prawo zamówień publicznych.

**Wyniki postępowania:**

Informacja o wynikach postępowaniach o zawarciu umowy zostanie upubliczniona stosownie do dyspozycji art. 92 i 95 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający **NIE wymaga** wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowy sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

Wzór umowy stanowi **załącznik nr 5** do specyfikacji.

**XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

**XVII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**XVIII. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramowa, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiają**

**XIX. cy przewiduje udzielenie takich zamówień.**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67.ust. 1 pkt. 7 ustawy

**XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii – [zaopatrzenie@wco.pl](mailto:zaopatrzenie@wco.pl); [sylwia.krzywiak@wco.pl](mailto:sylwia.krzywiak@wco.pl) ; [tmaria.wielgus@wco.pl](mailto:tmaria.wielgus@wco.pl)

*Zasady porozumiewania z Wykonawcami zostały określone w pkt VII niniejszej specyfikacji.*

**XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia walutach obcych.**

- a. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza specyfikacja dokonywane będą w walucie polskiej - PLN.
- b. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonania zamówienia publicznego w obcej walucie.

**XXIII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.**

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

**XXIV. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**XXV. Pozostałe informacje.**

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 ze zmianami), *stad też w kwestiach nie uregulowanych zapisami przedmiotowej specyfikacji bezpośrednio zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.*

Zatwierdzam treść niniejszej specyfikacji:

Poznań, dnia 01.09.2009r

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
dr n. med. Jerzy Załuski  
/podpis/

.....  
(Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)

## FORMULARZ OFERTOWY

### Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy, adres, telefon, fax

.....  
adres

ul.....

Miejscowość, kod pocztowy .....

telefon.....

fax.....

NIP.....

REGON.....

Email.....

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego  
postępowania.....

tel.....

## OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

### Zakup i dostawa urządzeń do Pracowni Mikrobiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

My niżej podpisani

.....  
.....  
.....  
Działając w imieniu i na rzecz

.....  
.....  
.....  
**składamy ofertę na realizację ww. przedmiotu zamówienia.**

### 1. Cena oferty:

Szczegółowy wykaz cen jednostkowych i sposób wyliczenia łącznej ceny ofertowej stanowi załącznik do oferty.

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym za łączną kwotę:

..... netto, słownie:..... ..... brutto, słownie..... powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości.....%.
--

**Pakiet nr 1**

..... netto,  
słownie:.....  
..... brutto,  
słownie.....

**Pakiet nr 2**

..... netto,  
słownie:.....  
..... brutto,  
słownie.....

**Pakiet nr 3**

..... netto,  
słownie:.....  
..... brutto,  
słownie.....

**Pakiet nr 4**

..... netto,  
słownie:.....  
..... brutto,  
słownie.....

**Pakiet nr 5**

..... netto,  
słownie:.....  
..... brutto,  
słownie.....

- 2. Oświadczamy, iż w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 3. Oświadczamy ze zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowienia i zasadami postępowania.
- 4. Oświadczamy, iż otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia.



5. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
7. Oświadczamy, iż wszystkie wymagane, w niniejszym postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego, oświadczenia i dokumenty złożyliśmy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego).
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
9. Oświadczamy, iż jesteśmy upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej łącznej cenie oferty
10. Akceptujemy ustalone przez Zamawiającego warunki płatności,
11. Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie .....od dnia podpisania umowy.
12. Oferowany przez Wykonawcę termin gwarancji/rękojmi dla urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wynosi w odniesieniu do: **1) gwarancji .....m-cy, 2) rękojmi .....m-cy.**
13. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty załączamy:
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....
  - itd.

Wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ..... stron.

.....,dn.....

.....  
 (Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

Formularz cenowy /wzór/

Pakiet nr .....

L.p	Nazwa przedmiotu	J. m.	ilość	Typ/model/ urządzenia	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT w %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
				Nazwa producenta i kraj pochodzenia sprzętu					
				miesiąc i rok produkcji					
RAZEM									

.....  
Podpisy wykonawcy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

.....  
(Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

**Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:**

**1. Składamy oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 pkt. 4 co oznacza, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, który mówi, iż:**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

**2. Składamy oświadczenie wynikające z art. 22 ust.1 pkt. 1 do 3 ustawy o zamówieniach publicznych.**

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

**3. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.**

.....,dn.....

.....  
Podpisy wykonawcy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy



**UMOWA do przetargu nieograniczonego nr 83/2009.**

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) w dniu ..... pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 15, 61-866 Poznań), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204;

reprezentowanym przez:

inż. Małgorzatę Kołodziej-Sarnę - Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych,  
mgr Mirellę Śmigielką - Głównego Księgowego,  
zwanym dalej Zamawiającym,

a

\_\_\_\_\_<sup>1</sup>,  
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

\_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
prowadzącym działalność gospodarczą jako : \_\_\_\_\_<sup>3</sup>,  
zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez  
\_\_\_\_\_<sup>4</sup> pod numerem

\_\_\_\_\_<sup>5</sup>  
z siedzibą w .....  
posiadającą/ym numer NIP: ..... oraz numer REGON: .....;  
; zwaną/ym dalej Wykonawcą,  
reprezentowaną przez:

.....  
.....

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 83/2009 przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.

<sup>1</sup> Imię i nazwisko przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub nazwa (firma) osoby prawnej

<sup>2</sup> Dotyczy wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców KRS

<sup>3</sup> Dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej

<sup>4</sup> Dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej

<sup>5</sup> Dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej

## § 2

1. Strony zgodnie oświadczają, iż postępowanie, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy nie jest dotknięte wadami, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca oświadcza, że:
  - a) posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje sprzętem i wykwalifikowanym personelem niezbędnymi do wykonania wszelkich świadczeń wynikających z postanowień niniejszej umowy w sposób całkowicie z nią zgodny i zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy,
  - b) wszelkie świadczenia wykonywane przezeń na rzecz Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej umowy wykona z należytą starannością, wymaganą od podmiotu profesjonalnie zajmującego się sprzedażą i dostawą Urządzeń,
  - c) zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie wymieniane na podstawie postanowień niniejszej umowy, części zamienne Urządzenia będą fabrycznie nowe, oryginalne i dobrej jakości.
  - d) Sprzęt jest wolny od wad fizycznych i prawnych, zaś Wykonawca nie zawierał żadnych umów, których wykonanie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić właściwe wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z postanowień niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

## § 3

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa  

---

opisanego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanego w dalszej części niniejszej umowy „Sprzętem”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy Sprzętu w zakresie i ilościach zgodnych z zestawieniem wyspecyfikowanym w złożonej przez Wykonawcę ofercie z dnia ..... – załączony do złożonej przez Wykonawcę oferty formularz cenowy stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania Sprzętem, który jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp. pozwalające na wykonywanie wszelkich zobowiązań wynikających niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych uprawnień oraz zgód i zezwoleń odpowiednich organów, urzędów itp., o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamówionego Sprzętu:
  - a. w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
  - b. w dzień roboczy w godz. od 8:00 do 14:00. Jeżeli termin planowanej dostawy, określony zgodnie z postanowieniem pkt. a) niniejszego ustępu przypada w dniu

wolnym od pracy, dostawa może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. W przypadku powierzenia usługi transportowej podmiotom, o których mowa w art. 23 lub w art. 36 ust. 4 i 5 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych podmiotów, jak za działania lub zaniechania własne.
6. Dostawa, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu odbywać się będzie z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1216).
7. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terminowej dostawy Sprzętu, nie obciążając przy tym Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami. Dostarczony przez Wykonawcę Sprzęt oznaczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Wykonawca zobowiązuje się nadto do dokonania montażu dostarczonego Sprzętu obejmującego w szczególności:
  - a. wniesienie Sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
  - b. instalację i uruchomienie Sprzętu (jeśli to możliwe)
  - c. sprawdzenie poprawności instalacji Sprzętu,
  - d. przeprowadzenie testu sprawności,
  - e. wykonanie testu instalacyjnego parametrów podstawowych (dotyczy autoklawu i komór laminarnych)
  - f. udostępnienie do wglądu odpowiednich dokumentów wzorcowania przyrządów kontrolno-pomiarowych (dotyczy autoklawu i komór laminarnych)
9. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji Sprzętu
10. Po dostarczeniu przez Wykonawcę Sprzętu, strony uzgodnią na piśmie termin przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji Urządzenia, który przypadać będzie nie później niż w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Sprzętu.
11. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że parametry techniczne i jakościowe dostarczonego Sprzętu nie będą gorsze niż określone w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
12. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy Sprzęt o najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem produkcji – nie wcześniejszym niż I połowa 2009 roku, zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonego Sprzętu. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy Sprzętu z terminem produkcji odmiennym od wskazanego w zdaniu poprzedzającym, jednakże tylko w przypadku uprzedniego uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody od Zamawiającego.
13. Zamawiający w chwili dokonania odbioru Sprzętu ma prawo do zbadania, czy jest on zgodny z postanowieniami niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączonymi dokumentami.
14. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące Sprzętu niezbędne do jego prawidłowej eksploatacji, sporządzone w języku polskim, w tym w szczególności:
  - a. instrukcję obsługi Sprzętu,
  - b. dokument gwarancyjny,

- c. dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    - d. wykaz autoryzowanych punktów serwisowych
- nie później niż w dniu dostarczenia Zamawiającemu Sprzętu.
15. Po dokonaniu prawidłowej instalacji i uruchomienia Sprzętu strony podpiszą protokół odbioru Sprzętu. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń odnośnie instalacji, uruchomienia lub funkcjonowania Sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 1 dnia, do usunięcia wszelkich nieprawidłowości – w takim przypadku protokół odbioru Sprzętu zostanie podpisany po usunięciu wszelkich nieprawidłowości.
16. Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu odbioru są:
- a. ze strony Wykonawcy: \_\_\_\_\_
  - b. ze strony Zamawiającego: p. Wanda Michalska
17. W razie zmiany danych osób uprawnionych do podpisania protokołu odbioru, wymienionych w ust. 16 niniejszego paragrafu każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.
18. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego Sprzętu i żądania wymiany na Sprzęt wolny od wad w przypadku:
- a. dostarczenia Sprzętu niewłaściwej jakości lub
  - b. dostarczenia Sprzętu niezgodnego z zapotrzebowaniem lub niespełniającego warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie złożonej przez Wykonawcę lub niniejszej umowie
19. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia Sprzętu dostarczonego z opóźnieniem.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy z uwagi na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego Sprzętu.
21. Wykonawca udziela **gwarancji** jakości na Sprzęt przez okres nie krótszy niż oferowany przez producenta Sprzętu lub nie krótszy niż wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zależności od tego, który ze wskazanych okresów będzie dłuższy, licząc od dnia ich wydania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru.
22. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia Zamawiającemu
- a. wliczone w cenę Sprzętu pokrycie wszystkich kosztów związanych z naprawą Sprzętu
  - b. przystąpienie do naprawy gwarancyjnej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 36 godzin od chwili powiadomienia o wykryciu wady Sprzętu. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % całkowitej wartości netto Sprzętu, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia
  - c. dokonanie naprawy Sprzętu w siedzibie Zamawiającego lub, w razie zaistnienia takiej konieczności, także poza jego siedzibą, przy użyciu sprzętu stanowiącego własność Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili przystąpienia do naprawy gwarancyjnej, a w razie w konieczności sprowadzenia części niezbędnych do dokowania naprawy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili przystąpienia do naprawy gwarancyjnej.



- d. w razie nieusunięcia wady Sprzętu w terminie wskazanym w pkt. c) niniejszego ustępu Zamawiający będzie uprawniony, według swojego wyboru, domagać się do Wykonawcy wymiany Sprzętu na nowy lub zapłaty kary umownej w wysokości 1 % całkowitej wartości netto Sprzętu, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.
  - e. w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze od chwili przystąpienia do naprawy gwarancyjnej – dostarczenie sprzętu zastępczego, o parametrach nie gorszych od naprawianego Sprzętu.
  - f. okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy Sprzętu, liczony od momentu powiadomienia o wykryciu jego wady do momentu jej usunięcia.
  - g. w przypadku, gdy wada Sprzętu nie da się usunąć lub gdy pomimo dokonania 2-krotnej naprawy gwarancyjnej Sprzętu wada Sprzętu nie zostanie usunięta, Wykonawca obowiązany jest wymienić Sprzęt na nowy.
  - h. jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne Sprzętu, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni Sprzęt na nowy.
23. W razie kolizji postanowień niniejszej umowy z postanowieniami dokumentu gwarancyjnego wydanego przez Wykonawcę lub przez producenta Sprzętu, rozstrzygające znaczenie będą miały postanowienia niniejszej umowy.
24. Opisane w niniejszym paragrafie uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przysługujących Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi wynosi 24 miesiące od chwili wydania Sprzętu Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru.

#### § 4

1. Całkowita wartość Sprzętu, którego sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy (łącznie cena Sprzętu), zgodnie z ofertą, będącą integralną częścią niniejszej umowy, wynosi:  
 netto:.....PLN  
 (słownie:.....),  
 brutto:.....PLN  
 (słownie:.....),  
 w tym podatek od towarów i usług VAT wg stawki .....% w kwocie ..... PLN.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż wartość Sprzętu wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu, stanowiąca zarazem łączną cenę jego sprzedaży, a także dostawy i montażu nie będzie podlegać jakiegokolwiek waloryzacji.
3. Zapłata ceny za sprzedany, dostarczony i zamontowany Sprzęt nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru Sprzętu, o którym mowa w § 3 ust. 15 niniejszej umowy
5. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

#### § 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:
  - a) opóźnienia w dostawie Sprzętu Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1 % całkowitej wartości netto Sprzętu, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia określonego w § 3 ust. 4 pkt a) niniejszej umowy,
  - b) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności niedostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu lub zaprzestanie wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % całkowitej wartości netto Sprzętu, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
  - c) odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy w przypadku opisanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości wskazanej w pkt. b) niniejszego ustępu
  - d) naruszenia zobowiązania opisanego w § 1 ust. 3 pkt c) niniejszej umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości równej wartości wymienionej części zamiennej Sprzętu, nie spełniającej warunków opisanych w § 1 ust. 3 pkt c) niniejszej umowy,
  - e) niedostarczenia Zamawiającemu sprzętu zastępczego, o którym mowa w § 3 ust. 22 pkt e) niniejszej umowy lub dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach gorszych niż parametry naprawianego Sprzętu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
  - f) niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 14 niniejszej umowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 14 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości równej 10 % wartości Sprzętu, którego dotyczą niedostarczone dokumenty, zaś w razie niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 14 niniejszej umowy pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu, Wykonawca zapłaci ponadto na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości równej 40 % wartości Sprzętu, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość wszelkich zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych w przypadku, gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnościami Wykonawcy przysługującymi mu na podstawie postanowień niniejszej umowy.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy opóźnienie w dostawie Sprzętu będzie przekraczać 10 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 3 ust. 4 pkt a) niniejszej umowy.
5. Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.

## § 6

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:  
ze strony Wykonawcy – \_\_\_\_\_,

tel. \_\_\_\_\_, adres e-mail: \_\_\_\_\_  
oraz

ze strony Zamawiającego – p. Wanda Michalska, tel. 0-61/88 50 833, adres e-mail: wanda.michalska@wco.pl

2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

#### § 7

1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego oraz jakiegokolwiek osoby trzecie, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym także spowodowane zaistnieniem zdarzeń losowych oraz nieszczęśliwych wypadków.
2. Przez wykonywanie niniejszej umowy w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, strony rozumieją okres obejmujący czas do chwili odebrania przez Zamawiającego dostarczonego przez Wykonawcę Sprzętu, w tym w szczególności logistyczny proces dostarczenia Sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

#### § 8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o wyrobach medycznych, jeżeli przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiany niniejszej umowy mogą mieć miejsce, tylko w zakresie przewidzianym dyspozycją art. 144 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej.
5. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca :

.....

.....

WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANYCH URZADZEŃPakiet nr 1 - Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego – 2 szt.

	Wyszczególnienie	Spełnienie warunku TAK	Oferowane parametry	Numer strony oferty z dokumentem potwierdzającym parametry poszczególnych pozycji.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b><u>Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego – 2 szt.</u></b>			
2	Model/Typ		(wpisać )	
3.	Nazwa producenta / Kraj pochodzenia		(wpisać)	
4.	Miesiąc i rok produkcji		(wpisać )	
5.	<b>Komora laminarna - 1 szt.</b> o wymiarach blatu roboczego: wym. szer. 900mm, gł. 600-650mm, wys. ok. 700mm wymiary zewnętrzne: szer. maksymalnie 1005mm, gł. 800mm; - min. jedno gniazdo elektryczne i zawór do podłączenia odległej pompy próżniowej	TAK		
6.	<b>Komora laminarna - 1 szt.</b> o wymiarach blatu roboczego: wym. szer. 1200mm, gł. 600-650mm, wys. ok. 700mm wymiary zewnętrzne: szer. maksymalnie 1330mm, gł. 800mm;	TAK		

7.	Komory z pionowym przepływem powietrza II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego (ochrona produktu, ochrona operatora, ochrona środowiska)	TAK		
8.	Filtry: główny i wylotowy HEPA H14 o skuteczności 99,99% dla cząsteczek 0,3µm; z systemem automatycznej kompensacji prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtra	TAK		
9.	Regulowany stelaż pozwalający na umieszczenie pod komorą szafki laboratoryjnej o wysokości 60cm i głębokości 55cm	TAK		
10.	Sterowanie mikroprocesorowe	TAK		
12.	Panel kontrolno-sterowniczy z ekranem LCD umieszczony na frontowej ścianie komory lub na zewnątrz, pozwalający na obserwację parametrów z pozycji roboczej użytkownika	TAK		
13.	Lampa UV zainstalowana na stałe, z licznikiem czasu pracy	TAK		
14.	Alarm sygnalizujący nieprawidłową pracę komory (niewłaściwy na wylocie czy laminarny) i konieczność wymiany filtrów	TAK		
15.	Oświetlenie blatu roboczego	TAK		
16.	Niedzielone blaty robocze, wykonane ze stali nierdzewnej, odporne na działanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych	TAK		
17.	Ściany boczne przeszklone, wykonane ze szkła bezpiecznego, nieprzepuszczającego promieni UV	TAK		
18.	Szyba frontowa wykonana ze szkła bezpiecznego, nieprzepuszczającego promieni UV, ustawiona pod kątem 80 stopni w stosunku do blatu roboczego, bez ramki na krawędzi dolnej	TAK		
19.	Poziom głośności max 57 dB	TAK		
20.	Zasilanie 230V/50Hz	TAK		

21.	Komory laminarne II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodne z normą PN EN 12469:2000,	TAK	(wpisać normę)	
22.	potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikowaną na oferowany model komory	TAK	(wpisać nazwę dokumentu)	

\*odpowiednie zaznaczyć

**Gwarancja min 24 miesiące, z bezpłatną obsługą w trakcie jej trwania uwzględniającą wszystkie rodzaje uszkodzeń, bez względu na przyczynę ich powstania.**

**Pakiet nr 2 - Chłodziarka laboratoryjna z zamrażalnikiem – 1 szt.**

	Wyszczególnienie	Spełnienie warunku TAK	Oferowane parametry	Numer strony oferty z dokumentem potwierdzającym parametry poszczególnych pozycji.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>Chłodziarka laboratoryjna z zamrażalnikiem – 1 szt.</b>			
2.	Model/Typ		(wpisać )	
3.	Nazwa producenta / Kraj pochodzenia		(wpisać )	
4.	Miesiąc i rok produkcji		(wpisać )	
5.	Chłodziarka - pojemność chłodziarki ok. 350L, zakres temperatur +2°C do +15°C; wyposażona w półki i płytkie szuflady (5-6szt.)	TAK		
6.	Zamrażalnik – pojemność zamrażalnika ok.80L, zakres temperatur od -20°C do -30°C	TAK		
7.	Wymiary zewnętrzne (wys./szer./gł.) 1810/800/600mm	TAK		

8.	Mikroprocesorowy układ sterowania z wyświetlaczem	TAK		
9.	Sygnal dźwiękowy przekroczenia zadanych parametrów	TAK		
10.	Zapewniona cyrkulacja powietrza w komorach dla równomiernego rozkładu temperatur	TAK		
11.	System odszraniania	TAK		
12.	Zasilanie 230V/50Hz	TAK		
13.	potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikowaną na oferowany model komory	TAK	(wpisać nazwę dokumentu)	

**Gwarancja min 24 miesiące, z bezpłatną obsługą w trakcie jej trwania uwzględniającą wszystkie rodzaje uszkodzeń, bez względu na przyczynę ich powstania.**

**Pakiet nr 3 - Szafa do przechowywania odczynników łatwopalnych i szkodliwych – 1 szt.**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Spełnienie warunku TAK</b>	<b>Oferowane parametry</b>	Numer strony oferty z dokumentem potwierdzającym parametry poszczególnych pozycji.
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
<b>1.</b>	<b><u>Szafa do przechowywania odczynników łatwopalnych i szkodliwych – 1 szt.</u></b>			
<b>2.</b>	<b>Model/Typ</b>		(wpisać )	
<b>3.</b>	<b>Nazwa producenta / Kraj pochodzenia</b>		(wpisać )	
<b>4.</b>	<b>Miesiąc i rok produkcji</b>		(wpisać )	
<b>1.</b>	Szafa o pojemności 30-40L	TAK		

2.	Wymiary zewnętrzne (wys./szer./gł.) 700/650/600mm	TAK		
3.	Zgodna z normą PN EN 14470-1 oraz PN EN 1363-1	TAK	(wpisać normy)	
4.	Oznakowana zgodnie z ISO 3864 oraz PN 14470-1	TAK	(wpisać)	
5.	potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikowaną na oferowany model komory	TAK	(wpisać nazwę dokumentu)	

**Gwarancja min 24 miesiące, z bezpłatną obsługą w trakcie jej trwania uwzględniającą wszystkie rodzaje uszkodzeń, bez względu na przyczynę ich powstania**

**Pakiet nr 4 - Szafa termostatyczna dwukomorowa – 1 szt.**

	Wyszczególnienie	Spełnienie warunku TAK	Oferowane parametry	Numer strony oferty z dokumentem potwierdzającym parametry poszczególnych pozycji.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b><u>Szafa termostatyczna dwukomorowa – 1 szt.</u></b>			
2.	Model/Typ		(wpisać )	
3.	Nazwa producenta / Kraj pochodzenia		(wpisać )	
4.	Miesiąc i rok produkcji		(wpisać )	
5.	Szafa termostatyczna dwukomorowa o łącznej pojemność ok. 300L, komory mniej więcej tej samej pojemności, z minimum 3 półkami i oświetleniem wewnętrznym; wykonana ze stali nierdzewnej;	TAK		



6.	Wymiary zewnętrzne: szerokość max. do 850mm, głębokość max. 750mm,	TAK		
7.	Drzwi przeszklone lewe	TAK		
8.	Zakres temperatur do 60°C	TAK		
9.	Świadectwa potwierdzające stabilność i jednorodność temperatury w komorach z odchyleniem maksymalnie do 0,5°C	TAK		
10.	Mikroprocesorowy układ sterowania z zewnętrznym wyświetlaczem dla każdej z komór, zapewniający podgląd bieżących i zadanych parametrów podczas pracy urządzenia	TAK		
11.	Sygnalizacja: przekroczenia zadanej temperatury, uszkodzonego czujnika temperatury, otwartych drzwi	TAK		
12.	Wbudowany timer	TAK		
13.	Możliwość transferu danych – port RS 232	TAK		
14.	Zasilanie 230V/50Hz	TAK		
15.	potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikowaną na oferowany model komory	TAK	(wpisać nazwę dokumentu)	

**Gwarancja min 24 miesiące, z bezpłatną obsługą w trakcie jej trwania uwzględniającą wszystkie rodzaje uszkodzeń, bez względu na przyczynę ich powstania.**

**Pakiet nr 5. poz.1 - Autoklaw klasy B – 1 szt.**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Spełnienie warunku TAK</b>	<b>Oferowane parametry</b>	Numer strony oferty z dokumentem potwierdzającym parametry poszczególnych pozycji.
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
<b>1.</b>	<b><u>Autoklaw klasy B</u></b>			
<b>2.</b>	<b>Model/Typ</b>		(wpisać )	
<b>3.</b>	<b>Nazwa producenta / Kraj pochodzenia</b>		(wpisać )	
<b>4.</b>	<b>Miesiąc i rok produkcji</b>		(wpisać )	
<b>5.</b>	<b>Autoklaw klasy B przystosowany do pracy z materiałami płynnymi i stałymi</b>	<b>TAK</b>		
<b>6.</b>	Pojemność komory 22 – 25 litrów	<b>TAK</b>		
<b>7.</b>	Wymiary komory: średnica min. 250mm, długość 400-450mm	<b>TAK</b>		
<b>8.</b>	Komora pozioma ładowana od przodu, ze stali nierdzewnej, wymiary: średnica min. 250mm, długość 400-450mm	<b>TAK</b>		
<b>9.</b>	Wbudowana pompa próżniowa	<b>TAK</b>		
<b>10.</b>	Wbudowany generator pary z kontrolą poziomu wody w zbiorniku	<b>TAK</b>		
<b>11.</b>	Blokada pokrywy przy wzroście ciśnienia w komorze	<b>TAK</b>		
<b>12.</b>	Mikroprocesorowy system sterowania procesem sterylizacji	<b>TAK</b>		
<b>13.</b>	Wyświetlacz w j. polskim	<b>TAK</b>		
<b>14.</b>	Programy sterylizacji w temp. 121 ° C i 134 ° C; możliwość modyfikacji w zakresie czasu sterylizacji	<b>TAK</b>		

15.	Program testowy B&D oraz test szczelności systemu	TAK		
16.	Stały monitoring wszystkich parametrów procesu i ich dokumentacja; wbudowana drukarka	TAK		
17.	Możliwość transferu danych – port RS232	TAK		
18.	Zasilanie energią elektryczną 230V/50Hz	TAK		
19.	potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikowaną na oferowany model komory	TAK	(wpisać nazwę dokumentu)	

**Gwarancja min 24 miesiące, z bezpłatną obsługą w trakcie jej trwania uwzględniającą wszystkie rodzaje uszkodzeń, bez względu na przyczynę ich powstania.**

**Pakiet nr 5, poz. 2 Suszarka laboratoryjna – 1 szt.**

	Wyszczególnienie	Spełnienie warunku TAK	Oferowane parametry	Numer strony oferty z dokumentem potwierdzającym parametry poszczególnych pozycji.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b><u>Suszarka laboratoryjna – 1 szt.</u></b>			
2.	Model/Typ		(wpisać )	
3.	Nazwa producenta / Kraj pochodzenia		(wpisać )	
4.	Miesiąc i rok produkcji		(wpisać )	
5.	Suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza	TAK		
6.	Pojemność ok. 60 litrów	TAK		
7.	Zakres temperatury do 250°C	TAK		
8.	Komora i półki - min. 2 szt., ze stali nierdzewnej	TAK		

9.	Mikroprocesorowy system sterowania z wyświetlaczem	TAK		
10.	Wbudowany wyłącznik czasowy	TAK		
11.	Zasilanie 230V/50Hz	TAK		
12.	potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikowaną na oferowany model komory	TAK	(wpisać nazwę dokumentu)	

**Gwarancja min 24 miesiące, z bezpłatną obsługą w trakcie jej trwania uwzględniającą wszystkie rodzaje uszkodzeń, bez względu na przyczynę ich powstania.**

**Pakiet nr 5, poz. 3 Palnik gazowy z włącznikiem nożnym – 4 szt.**

	Wyszczególnienie	Spełnienie warunku TAK	Oferowane parametry	Numer strony oferty z dokumentem potwierdzającym parametry poszczególnych pozycji.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b><u>Palnik gazowy z włącznikiem nożnym – 4 szt.</u></b>			
2.	Model/Typ		(wpisać )	
3.	Nazwa producenta / Kraj pochodzenia		(wpisać )	
4.	Miesiąc i rok produkcji		(wpisać )	
5.	Palnik gazowy z systemem kontroli bezpieczeństwa	TAK		
6.	Zasilany nabojem – min. 6 godz. pracy	TAK		
7.	Palnik z wyłącznikiem nożnym, bezprzewodowym	TAK		
8.	Wyposażony w licznik czasu pracy , z wyświetlaczem	TAK		

9.	Pozwalający na zmiany kąta nachylenia palnika	TAK		
10.	potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikowaną na oferowany model komory	TAK	(wpisać nazwę dokumentu)	

**Gwarancja min 24 miesiące, z bezpłatną obsługą w trakcie jej trwania uwzględniającą wszystkie rodzaje uszkodzeń, bez względu na przyczynę ich powstania.**

**Pakiet nr 5, poz. 4 Palnik gazowy Bunsena – 1 szt.**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Spełnienie warunku TAK</b>	<b>Oferowane parametry</b>	Numer strony oferty z dokumentem potwierdzającym parametry poszczególnych pozycji.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b><u>Palnik gazowy Bunsena – 1 szt.</u></b>			
2.	<b>Model/Typ</b>		(wpisać )	
3.	<b>Nazwa producenta / Kraj pochodzenia</b>		(wpisać )	
4.	<b>Miesiąc i rok produkcji</b>		(wpisać )	
5.	Palnik gazowy Bunsena z pionową dyszą	TAK		
6.	Przystosowany do pracy z nabojem – min. 6 godz. pracy	TAK		
7.	potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikowaną na oferowany model komory	TAK	(wpisać nazwę dokumentu)	

**Gwarancja min 24 miesiące, z bezpłatną obsługą w trakcie jej trwania uwzględniającą wszystkie rodzaje uszkodzeń, bez względu na przyczynę ich powstania.**

**Pakiet nr 5, poz. 5 Łazienka wodna – 1 szt.**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Spełnienie warunku TAK</b>	<b>Oferowane parametry</b>	Numer strony oferty z dokumentem potwierdzającym parametry poszczególnych pozycji.
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
<b>1.</b>	<b><u>Łazienka wodna – 1 szt.</u></b>			
<b>2.</b>	<b>Model/Typ</b>		(wpisać )	
<b>3.</b>	<b>Nazwa producenta / Kraj pochodzenia</b>		(wpisać )	
<b>4.</b>	<b>Miesiąc i rok produkcji</b>		(wpisać )	
<b>5.</b>	Łazienka wodna: Wanna wykonana ze stali nierdzewnej, z pokrywą; bez wydzielonych stanowisk; pojemność wanny do 15 litrów; wymiary długość ok. 300mm, głębokość ok. 250mm i wysokość ok. 200mm	<b>TAK</b>		
<b>6.</b>	Panel sterowania z wyświetlaczem	<b>TAK</b>		
<b>7.</b>	Mikroprocesorowa regulacja temperatury w zakresie od 20 - 100°C	<b>TAK</b>		
<b>8.</b>	Utrzymanie temperatury wody z dokładnością do 0,5°C	<b>TAK</b>		
<b>9.</b>	Niezależny od układu regulacji temperatury system zabezpieczenia przed przegrzaniem	<b>TAK</b>		
<b>10.</b>	Zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody w wannie	<b>TAK</b>		
<b>11.</b>	Zasilanie 230V/50Hz	<b>TAK</b>		
<b>12.</b>	potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikowaną na oferowany model komory	<b>TAK</b>		

**Gwarancja min 24 miesiące, z bezpłatną obsługą w trakcie jej trwania uwzględniającą wszystkie rodzaje uszkodzeń, bez względu na przyczynę ich powstania.**

**Pakiet nr 5, poz. 6 Zgrzewarka – 1 szt.**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Spełnienie warunku TAK</b>	<b>Oferowane parametry</b>	Numer strony oferty z dokumentem potwierdzającym parametry poszczególnych pozycji.
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
<b>1.</b>	<b><u>Zgrzewarka – 1 szt.</u></b>			
<b>2.</b>	<b>Model/Typ</b>		(wpisać )	
<b>3.</b>	<b>Nazwa producenta / Kraj pochodzenia</b>		(wpisać )	
<b>4.</b>	<b>Miesiąc i rok produkcji</b>		(wpisać )	
<b>5.</b>	Zgrzewarka impulsowa z wbudowaną obcinarką	TAK		
<b>6.</b>	Maksymalna szerokość rękawa 320-350mm	TAK		
<b>7.</b>	Maksymalna szerokość zgrzewu 10mm	TAK		
<b>8.</b>	Wymiary zewnętrzne obcinarki: Długość - ok 500mm, szerokość ok.- 400mm, wysokość – ok. 200mm	TAK		
<b>9.</b>	Możliwość instalacji na ścianie	TAK		
<b>10.</b>	Zasilanie 230V/50Hz	TAK		
<b>11.</b>	potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikowaną na oferowany model komory	TAK	(wpisać nazwę dokumentu)	

**Gwarancja min 24 miesiące, z bezpłatną obsługą w trakcie jej trwania uwzględniającą wszystkie rodzaje uszkodzeń, bez względu na przyczynę ich powstania.**