

Poznań, dnia 10.09.2009.  
EZ/5220/3/ 2009

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym nr 97/2009

Dotyczy: **Zakup i dostawa protez piersi.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji, na które udzielamy poniżej odpowiedzi.

PYTANIE

**Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 1**

Zgodnie z informacją od producenta przyjmuje się że w przypadku określenia wielkości silikonowych protez piersi 1 gram odpowiada 1ml. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści protezy piersiowe silikonowe, teksturowane o wymaganych w siwz kształtach i profilach, których wielkość określona w gramach zawiera się w przedziale 125-775g jako produktów równoważnych, spełniających te same funkcje o parametrach nie gorszych niż wymienione w siwz ?

ODPOWIEDŹ

TAK.

PYTANIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy:

1. W pakiecie nr 2 ( protezy piersiowe silikonowe teksturowane kształt anatomiczny w 3 profilach ) chodzi o protezy wypełnione najbardziej zagęszczonym żelem silikonowym ( high cohesive gel ).

ODPOWIEDŹ

TAK.

Z poważaniem,  
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna