

Poznań, dnia 25.09.2009.
EZ/6547/ 2009

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym nr 104/2009

Dotyczy: **Zakup i dostawa sprzętu dla Zakładu Patologii Nowotworów- szkiełka, nożyki i ostrza**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż koryguje treść specyfikacji w zakresie pakietu nr 2. Błędnie określono ilość sztuk. Ilość opakowań jest prawidłowa natomiast źle przeliczono ilość sztuk.

Korekta dotyczy pozycji nr 2 i 3 pakietu nr 2

2. Ostrza autopsyjne do wstępnego opracowania, ze stali nierdzewnej, o długości 130 mm. "Feather Trimming Blade" albo analogiczne albo lepsze do pobierania materiałów histopatologicznych.

Długość 130 mm

Opak (szt). 50

Konieczniii!! - Ostrza muszą być w 100% kompatybilne z drewnianymi uchwytami firmy Feather - model „F-130(S)”

8 Opak = 400 szt.

3. Ostrza autopsyjne do wstępnego opracowania, ze stali nierdzewnej, o długości 260 mm. "Feather Trimming Blade" albo analogiczne albo lepsze do pobierania materiałów histopatologicznych.

Długość 260 mm

Opak (szt). 50

Konieczniii!! - Ostrza muszą być w 100% kompatybilne z drewnianymi uchwytami firmy Feather - model „F-260(S)”

2 Opak = 100 szt.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna