

Poznań, dn. 08.10.2009 r

EZ/ 5752/2/2009

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 110/2009 na zakup i dostawę urządzeń dla Pracowni Mikrobiologii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wymienionego w tytule przetargu, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

Pakiet 3 Szafa termostatyczna

1)pozycja 5 – Czy zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafę o wnętrzu z tworzywa i obudowie z blachy stalowej malowanej proszkowo ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza szafę termostatyczna jak w treści pytania.

2)pozycja 5 - Czy zamawiający dopuszcza do zaoferowania półki z drutu stalowanego powlekanego tworzywem ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza półki z drutu stalowego powlekanego tworzywem.

Pakiet 7 Łaźnia wodna

3)Czy zamawiający dopuszcza do zaoferowania łaźnie wodną o stabilności temperatury +/- 0,6oC o wymiarach wanny 330x300x150mm (długość, szerokość, głębokość) i pojemności 13 litrów?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza łaźnię wodną o proponowanych parametrach.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna