

Poznań, dnia 2009-11-13

EZ/ 6694/2009

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 105/2009 na zakup i dostawę ziaren zawierających źródła promieniotwórcze I – 125 do brachyterapii wraz z wyposażeniem dodatkowym.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wymienionego w tytule przetargu. Treść pytań:

Czy Zamawiający zgadza się zmodyfikować wymogi SIWZ w sposób umożliwiający złożenie ważnej oferty z uwzględnieniem realiów dostaw ziaren.

Uzasadnienie:

Zamawiający określił przedmiot i zasady realizacji zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia lub wręcz uniemożliwia złożenie ważnej oferty w w/w postępowaniu. Powodem takiego stanowiska jest zestawienie następujących elementów SIWZ:

Krótki termin dostawy będący przedmiotem warunków ocenianych i punktowanych (14 dni) (punkt IV SIWZ) w zestawieniu z bardzo wygórowanymi karami za opóźnienia (2% i 5% dziennie od niedostarczonej w terminie dostawy - §6, pkt a) i b) projektu umowy) w połączeniu odpowiedzialnością Wykonawcy za wszelkie szkody, w tym osób trzecich i wyłączenie warunków siły wyższej (§9 pkt 1)

Dodatkowo:

Nieuwzględnienie możliwości indeksacji ceny z powodu drastycznego wzrostu kursu wymiany EURO w połączeniu z długim terminem realizacji (24 miesiące z opcją na 36 miesięcy)

Wnosimy o:

1. Zmianę wymaganego terminu dostawy na 21 dni roboczych od daty złożenia zamówienia oraz stosownych zmian w zakresie Załącznika nr 3B „Ocena terminów dostawy”,
2. Dostosowanie wysokości kar umownych do powszechnie stosowanego poziomu z jednoczesnym wykreśleniem zapisów włączających czynniki losowe i następstwa nieszczęśliwych wypadków do odpowiedzialności Wykonawcy (tzw. siła wyższa - §9 pkt 1)

3. Uzupełnienie kryteriów indeksacji ceny (§4 pkt.3) o możliwość negocjacji ceny w przypadku zmiany kursu EUR o więcej niż 10%.
4. Dopuszczenie możliwości złożenia ofert denominowanych w walucie (EUR/USD),
5. Wykreślenie w całości §3 pkt 11 jako nie mającego zastosowania dla źródeł promieniotwórczych.
6. Korektę oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr 1 w określeniu przedmiotu oferty (pkt 1).

W związku z tym, że zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na złożone pytania, przedłuża termin składania ofert na dzień 20.11.2009r , godzina składania ofert 11:00 i otwarcia ofert 12:00.

Odpowiedzi na pytania zostaną przesłane Wykonawcom w jak najkrótszym terminie, oddzielnym pismem.

Z poważaniem

Dyrektor
Prof. UM dr hab. Julian Malicki