

Poznań, dnia 13-10-2009  
EZ/ .....5958...../2009

**Wg rozdzielnika**  
**Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 114/2009 – środki higieniczne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Zamawiający uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie:

**Pakiet II** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, gotowych do użycia chusteczek dezynfekujących, bez alkoholi i aldehydów, służących do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, szczególnie do głowic USG, chusteczki wykonane z włókniiny wiskozowej nasyconej płynem dezynfekującym, w opakowaniach tzw. dozownikach po 200szt. Chusteczek - chusteczki odrywane są pojedynczo (po wyczerpaniu się zawartości opakowania można je uzupełnić wkładami umieszczonymi w torebce foliowej), spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Papowa, Rota, Vaccinia) w czasie do 1min – wyrób medyczny, oznakowanie CE?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie dopuszcza chusteczek w opakowaniach powyżej 100 sztuk. Uzasadnienie: opakowania z chusteczkami umieszczone są przy aparatach USG, przy unitach laryngologicznych, przy aparatach do napromieniania i innych urządzeniach medycznych, gdzie opakowania z większą pojemnością sztuk nie znajdują miejsca – nie mieszczą się i nie znajdują dobrego zastosowania, są niewygodne i niepraktyczne.

Pytanie:

**Pakiet II** Prosimy o potwierdzenie, że opisując skuteczność mikrobiologiczną w zakresie grzybów Zamawiający miał na myśli skuteczność w zakresie grzybów drożdżopodobnych?

**ODPOWIEDŹ:**

Tak, zamawiający dopuszcza spektrum działania grzybobójczego w zakresie grzybów drożdżopodobnych.

Z poważaniem,  
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna