

Poznań, dnia 20-10-2009

EZ/ 6068/1 /2009

Wg rozdzielnika

Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 116/2009 – meble i urządzenia medyczne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi

1. Czy zamawiający w pakiecie 3 – taboret rehabilitacyjny – wymaga zaoferowania taboretu podnoszonego ręcznie za pomocą sprężyny gazowej, czy taboretu podnoszonego hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnej?

Odp. za pomocą sprężyny gazowej.

2. Czy zamawiający w pakiecie 3 – taboret rehabilitacyjny – wymaga taboretu z regulacją wysokości siedziska w zakresie od 440 do 580 mm

Odp. tak.

3. Czy zamawiający w pakiecie 3 – taboret rehabilitacyjny – wymaga taboretu z siedziskiem o wymiarze 350 mm?

Odp. wymiar siedziska do 350 mm.

4. Czy zamawiający w pakiecie 3 – taboret rehabilitacyjny – wymaga taboretu o wymiarach 560x560 mm?

Odp. rozstaw kótek do 520 mm.

5. Czy zamawiający w pakiecie 3 – taboret rehabilitacyjny – wymaga taboretu na kółkach o wymiarze 50 mm?


Odp. tak na kółkach z proponowanym wymiarem.

6. Czy zamawiający w pakiecie 6 – parawan przejezdny – dopuści zaoferowanie parawanu na rurkach ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9, odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych?

Odp. nie, ponieważ parawan wykonany na rurkach ze stali nierdzewnej jest ciężki, masywny a zamawiający ma potrzebę zamówienia – oczekuje lekkiego, delikatnego parawanu jak w opisie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Czy zamawiający w pakiecie 6 – parawan przejezdny – dopuści zaoferowanie parawanu o podstawie składającej się z czterech kótek pojedynczych wykonanych z materiału antypoślizgowego, niebrudzącego podłoża?

Odp. nie, zamawiający oczekuje parawanu na trzech kółkach, wg poniższego rysunku poglądowego:



8. Czy zamawiający w pakiecie 6 – parawan przejezdny – dopuści zaoferowanie parawanu na kółkach o średnicy 50 mm, w tym dwa kółka z blokadą?

Odp. blokada ma być na jednym przednim i na jednym tylnym kółku, o proponowanej średnicy ok. 50 mm.

9. Czy zamawiający w pakiecie 6 – parawan przejezdny – dopuści zaoferowanie parawanu o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1000x600x1872?

Odp. nie, zamawiający nie wyraża zgody. Parawan ma być o wymiarach jak podano w specyfikacji. Proponowany parawan jest za duży.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna