

Poznań, dnia 2008-01-28

EZ/.....592...../2008

**Wg rozdzielnika  
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego 17/2008 sprzęt medyczny jednorazowego użytku sterylne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które udzielamy odpowiedzi .

**PYTANIE:**

*„.....o umożliwienie zaoferowania koszy do chwytania polipów - czterodrutowych z obrotową rękojeścią ,sterylnych, pakowanych pojedynczo o parametrach:*

*7Fr 3x6x240 cm*

*7Fr 2x4x240 cm”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie koszy tylko czterodrutowych.

Dopuszcza się natomiast podział na kosze: cztero i ośmiokomorowe w ilościach:

7Fr 3x6x240 cm - 5 szt. ośmiodrutowych

- 5 szt. czterodrutowych

7Fr 2x4x240 cm - 5 szt. ośmiodrutowych

- 5 szt. czterodrutowych

Z poważaniem,  
inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych