

Poznań, dnia 2008-01-31

EZ/.....620...../2008

**Wg rozdzielnika  
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego 17/2008 sprzęt medyczny jednorazowego użytku sterylne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi i dokonujemy zmian terminów.

<b>Składanie ofert do dnia 14.02.2008 do godz. 9.00</b> <b>Otwarcie ofert w dniu 14.02.2008 o godz. 10.00</b>
--

*PYTANIE:*

*Dot. pak. nr 4.*

*Czy przez drenaż o budowie kompaktowej i stabilnej podstawie Zamawiający rozumie zestaw o zwartym kształcie, wysokości nie przekraczającej 25 cm i kwadratowej podstawie zapewniającej stabilność bez konieczności rozkładania dodatkowych podpórek.*

*ODPOWIEDŹ:*

TAK, o zwartym kształcie, wysokości nie przekraczającej 25 cm i kwadratowej podstawie zapewniającej stabilność bez konieczności rozkładania dodatkowych podpórek.

Z poważaniem,  
inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych