

Poznań, dnia 25.01.2008.  
EZ/570/ 2008

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem  
nieograniczonym nr 17/2008

Dotyczy: **Zakup i dostawa sprzętu medycznego j. u. sterylnego.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

**PYTANIE**

Prosimy o dopuszczenie rurek spełniających wszystkie wymagania z 3  
oznaczeniami rozmiaru rurki

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza rurki inkubacyjne do zabiegów laserowych z oznaczonym  
rozmiarem w 3 miejscach.

Z poważaniem,  
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna