

Poznań, dnia 2009-12-03  
EZ/7271/1/2009

**Wg rozdzielnika**  
**Do Wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

Dotyczy : przetargu nieograniczonego 143/2009 – urządzenia medyczne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż Zamawiający otrzymał pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

**PYTANIE dot. pakietu nr 7**

1. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności worek resuscytacyjny, który posiada inne rozwiązanie konstrukcyjne zabezpieczające przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych niż opisany przez Zamawiającego wymóg dodatkowej powłoki który ogranicza możliwość złożenia oferty tylko wyłącznie do jednego produktu, tj. worka resuscytacyjnego firmy AMBU typ MarkIV.
2. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rezerwar tlenu o objętości minimum 1200 ml?

**ODPOWIEDŹ:**

1. NIE. Oferta wymagana jest zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2. NIE . Oferta wymagana jest zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Uzasadnienie:

Zamawiający podtrzymuje zapis ze względu na specyfikę pacjentów onkologicznych. Zamawiający wymaga resuscytatora z dodatkową powłoką gdyż tylko taki spełnia dwa aspekty, bezpieczeństwa pracy i komfortu pracy . Rozwiązanie z dodatkową powłoką zapewnia bezpieczną wentylację bez utraty objętości oddechowej oraz umożliwia wycucie zmian w drogach oddechowych pacjenta podczas wentylacji. W rozwiązaniu konstrukcyjnym podanym przez

zamawiającego powłoki wykonane są z dwóch materiałów o różnych sprężystościach. Praca jest komfortowa nie powoduje zmęczenia dłoni osoby prowadzącej resuscytację. Przy maksymalnych wentylowanych objętościach większy akumulator tlenu zapewnia możliwość uzyskania większych stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej.

Z poważaniem,  
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna