

Poznań, dnia 2008-02-04

EZ...691...../2008

**Wg rozdzielnika  
Do uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 21/2008 – sprzęty – urządzenia medyczne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

**Pytanie:**

Do treści pakietu nr 5 "czy zamawiający dopuści wieszaki do kroplówek w następującymi odstępstwami: Podstawa malowana proszkowo, statyw wykonany z rur stalowych chromowanych, uchwyty ze stali kwasoodpornej. Wysokość 1500 - 2000 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w parametrów.

---

**Pytanie:**

Pakiet nr 3 Fotel do pobierania krwi. Czy zamawiający dopuści szkielet fotela wykonany z profili stalowych, pokrytych elektrostatyczną farbą wysokiej jakości ESD. Do czego odnosi się parametr " Długość i szerokość ok 565 x 440 mm".

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga profili stalowych chromowanych , w/w parametr dł i szer. odnosi się do siedziska fotela, dopuszcza się też siedzisko ok. 500 x 400 mm.

---

**Pytanie:**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 – fotel do pobierania krwi, dopuści fotel charakteryzujący się następującymi parametrami:

- szerokość siedziska 500 mm
- wysokość oparcia 600 mm
- regulacja kąta położenia oparcia +80 do – 7 stopni
- długość całkowita po rozłożeniu 1670 mm
- zmiana wysokości siedziska za pomocą pilota ręcznego

**ODPOWIEDŹ:**

- tak, siedzisko może być ok. 500 mm,
- od 500mm- max 600 mm (podana w specyfikacji wysokość oparcia pleców

ok. 815 mm liczona jest od podłogi),

- oparcie pleców ma być nieregulowane – stałe,
- Fotel ma być nierokładany,
- Fotel nie ma być regulowany w zakresie wysokości – pilot zbędny.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby fotel był dostosowany do pobierania krwi w pozycji leżącej?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga fotela w pozycji siedzącej - nie leżącej.

---

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wieszak do kroplówek z możliwością zawieszenia 2 butelek?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza – z uwagi na specyfikę leczenia winno być „z możliwością zawieszenia 4 butelek”.

---

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wieszak do kroplówek z regulacją wysokości w zakresie 1400-2270 mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza wieszak do kroplówek z regulacją wysokości w zakresie 1400-2270 mm.

Z poważaniem,  
inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych