

Poznań, dnia 2009-12-31

EZ/ 7982/1/2009

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 154/2009 na zakup i dostawę sprzętu medycznego sterylnego, jednorazowego użytku

Wielkopolskie Centrum Onkologii, odpowiada niniejszym na pytania złożone do siwz wymienionego w tytule przetargu:

Pytanie 1

Dot. zadania nr 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu 1 pkt 1 i 2 maski pakowane zgodnie z wymaganiami SIWZ, ale nie sterylne i bez numeru serii? Nie ma bowiem takiego wymogu aby produkty nie sterylne posiadały numer serii a jedynie datę produkcji lub przydatności. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Ze względu na wysokie ryzyko pracy personelu medycznego, bezpośredniego kontaktu z lekami cytostatycznymi wymagane maski muszą spełniać najwyższe parametry bezpieczeństwa. Zamawiający dopuszcza maski mikrobiologicznie czyste ale podtrzymuje swoje wymagania dotyczące numeru serii i daty ważności produktu.

Zamawiający wprowadza wymóg złożenia po 1 próbce produktu dla jego oceny oraz dołączenie oryginalnych lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kart technicznych producenta, celem potwierdzenia wymaganych parametrów.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 1 i 2 - Z naszej wiedzy wynika, że opisane maski są jednorazowego użytku, pojedynczo pakowane, jednak nie są sterylizowane. Czy Zamawiający dopuści maski niesterylne, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza masek niesterylnych, natomiast dopuszcza maski mikrobiologicznie czyste z uwzględnieniem numeru serii i daty ważności. Odpowiedź na to pytania zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr VII – Czy zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawek bez napisu, że jest ona typu perfuzyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga strzykawek do pomp infuzyjnych typu perfuzyjnego, natomiast rezygnuje z zapisu o tym, że strzykawka jest typu perfuzyjnego na opakowaniu.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr XIV – czy nie zaistniała pomyłka pisarska i zamawiający miał na myśli końcówkę Luer? Z naszej wiedzy wynika, że strzykawki tuberkulinowe nie posiadają końcówek wkręcanych Luer-Lock?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga strzykawek tuberkulinowych z końcówką typu Luer-Lock.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, działając z mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

W punkcie V dotychczasowy zapis w części „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków” o treści:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

1)

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia”

zmienia na zapis o następującej treści:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1)

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.”

W punkcie VII dotychczasowy zapis w części dotyczącej terminów składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ o treści:

„Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, nie później jednak niż na 6 dni przed terminem składania ofert (dzień otwarcia ofert nie wlicza się do tego terminu).”

zmienia na następujący zapis:

„Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, nie później jednak niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.”

Załącznik nr 3 do SIWZ – wprowadza się nowy wzór oświadczenia wynikającego z art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który jest załącznikiem do niniejszego pisma i obowiązuje przy składaniu ofert.

W związku z powyższym przesuwana jest data i termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.01.2010r – składanie ofert do godz. 9:00 i otwarcie ofert na godz. 10:00.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora ds. Lecznictwa

dr. n. med. Jerzy Załuski