

Poznań, dnia 20-01-2010
EZ/____407/1____/2010

**wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych, uczestników postępowania o zamówienie
publiczne.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 1/2010 BIOREAKTOR FALOWY.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż Zamawiający otrzymał pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku umowy dotyczącego serwisu gwarancyjnego zawartego w pkt. 9:

„ W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad - w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej reklamacji, przesłanej przez Zamawiającego faxem lub mailem."

na następujący:

„W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia aparatu zastępczego, identycznego z przedmiotem umowy na czas naprawy, w przypadku gdy czas naprawy wyniesie powyżej siedmiu dni ”?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę .

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna