

Poznań, dnia 23-02-2010

EZ/ __1342__ 2010

Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 18/2010 zakup i dostawa rękawic diagnostycznych niesterylnych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia , na które udzielamy odpowiedzi :

PYTANIE: Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji rękawic winylowych pudrowanych w kolorze transparentnym?

Odp. Zamawiający nie wprowadza zmian do specyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rękawic.

Zamawiający, określił kolor rękawic winylowych, typu „stretch” uznając, że są podobne do standardowych rękawic lateksowych i są bardziej elastyczne od standardowych rękawic winylowych. Kolor wpływa również na bezpieczeństwo pracy. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że rękawice przezroczyste są mniej widoczne dla użytkowników, co może przyczynić się do szybszej perforacji i ekspozycji.

PYTANIE: Pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie pozycji 5 czy to ma być wyrób medyczny czy rękawica stanowiąca Środek Ochrony Pracy (Rękawica Ochronna) – z opisu jaki jest zawarty w specyfikacji wynika, że ma być to rękawica ochronna, oraz z informacji

telefonicznej (przeznaczenie rękawicy – rękawica do mycia narzędzi w dziale sterylizacji) wynika, że to ma być rękawica nie służąca do czynności niemedycznych. Z informacji jakie posiadamy z innych jednostek medycznych i Państwowej Inspekcji Pracy oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – rękawice medyczne mają służyć tylko i wyłącznie ochrony podczas kontaktu pracownika z pacjentem a rękawice do ochrony pracownika podczas innych czynności powinny spełniać wymogi dyrektywy dotyczącej ŚOO – stąd nasze pytanie o sprecyzowanie parametrów rękawicy W wymogach podano: ”odporne na rozdarcia i przekłucia”. Prosimy o sprecyzowanie poziomu ochrony wg. PN-EN-388 obu parametrów – tzn. odporności na rozdarcie i przekłucie.

Odp. Zamawiający wymaga rękawicy zgodnej z opisem i normą EN-422, która to rękawica ma być wyrobem medycznym.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna