

Poznań, dnia 26-02-2010

EZ/___1342/2___ 2010

Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 18/2010 zakup i dostawa rękawic diagnostycznych niesterylnych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w odpowiedziach na pytanie z dnia 25-02-2010 nr EZ/1342/1/2010 **korwyguje się** zapis:

Jest:

Pytanie: Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, niejałowych, pudrowanych o zawartości protein max. 100 µg/g.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił poziom protein na poziomie nie większym niż 50 µg/g na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz wiedzy naukowej która dowodzi, że zawartość protein jest bezpośrednią przyczyną występujących uczuleń na rękawice.

Winno być:

Pytanie: Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, niejałowych, pudrowanych o zawartości protein max. 100 µg/g.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił poziom protein na poziomie nie większym niż 80 µg/g na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz

wiedzy naukowej która dowodzi, że zawartość protein jest bezpośrednią przyczyną występujących uczuleń na rękawice.

Zamawiający informuje także, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

Pytanie - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości palca 0,34 mm – 0,35 mm.

Odpowiedź: Dopuszcza się proponowaną grubość palca.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna