

Poznań, dnia 2010-03-01
EZ/____1364/1____ 2010

Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 20/2010 zakup i dostawa mebli medycznych i krzeseł.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło kolejne zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi :

PYTANIE: dotyczące pakietu nr 4.

Czy Zamawiający dopuszcza poniższe wymiary fotela z podłokietnikami:

Wymiary: wysokość siedziska (mierząc od podłoża): 500 mm

szerokość całkowita fotela: 622 mm

wysokość oparcia pleców (mierząc od podłoża): 850 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiarów fotela z podłokietnikiem.

Siedzisko - nie dopuszcza się siedziska 15 cm wyższego.

Oparcie pleców - dopuszcza się wysokość 5 cm większą.

Szerokość całkowita fotela – nie dopuszcza się węższego siedziska.

Wymiary podane – wymagane w specyfikacji są optymalne dla Zamawiającego.

Proponowane w pytaniu wymiary fotela np. 15 cm ustawione wyżej siedzisko jest nie do przyjęcia. Wysokość siedziska i jego szerokość ma duże znaczenie.

Fotel o podanych w SIWZ wymiarach jest już pozytywnie przetestowany tak przez pacjentów jak i obsługę medyczną przede wszystkim pod względem wygody pacjenta, który na tym oddziale ma podawane także cytostatyki, proces ten trwa niekiedy bardzo długo.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna