

Poznań, dnia 2010-03-02

EZ/ __1448/1__ 2010

Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 19/2010 ODCZYNNIK IZOTOPOWY.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło kolejne zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE:

Odczynnik izotopowy do badań laboratoryjnych nie posiada certyfikatu CE.

W linku do pisma z WCO znalazł się taki zapis.

Odpowiedź:

Tak, skreśla się wymóg certyfikatu CE.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia o klasyfikacji wyrobu.

Wykonawca zobowiązany jest (jak wskazuje specyfikacja) z każdą dostawą odczynnika izotopowego dostarczyć Certyfikat aktywności źródła.

Z poważaniem,

Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna