

Poznań: Zakup i dostawa urządzeń medycznych.**Numer ogłoszenia: 82740 - 2010; data zamieszczenia: 24.03.2010****OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy****Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY****I. 1) NAZWA I ADRES:** Wielkopolskie Centrum Onkologii , ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8540500, faks 061 8521948.**Adres strony internetowej zamawiającego:** www.wco.pl**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego.**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zakup i dostawa urządzeń medycznych..**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Zakup i dostawa urządzeń medycznych..**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.10.00.00-1.**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 6.**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .****SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM****III.1) WADIUM****Informacja na temat wadium:** wadium nie jest wymagane**III.2) ZALICZKI****Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY****III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:****III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
- zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

4) Pełnomocnictwo osób sporządzających ofertę, jeżeli ich kompetencja nie wynika wprost z dokumentów określonych w podpunkcie A 1) punktu V niniejszej specyfikacji. 5) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu., wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 6) Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), - będącą sumą wartości, tak brutto jak i netto - podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo. 7) Formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 8) Oświadczenie o przekazaniu części zamówienia podwykonawcom załącznik nr

5. Stosownie do dyspozycji art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 9) Dokumenty zawierające opis parametrów funkcjonalno - technicznych przedmiotu zamówienia w formie kart katalogowych/folderów, potwierdzające spełnienie warunków określonych w załączniku nr 6 specyfikacji. 10) Wypełniony formularz specyfikacji technicznych stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji. 11) Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, określone w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2010 r, w placówkach służby zdrowia: 1. Deklaracja Wytwórcy (Producenta) o spełnieniu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych oraz Certyfikat Jednostki Notyfikowanej (jeżeli dotyczy) dla oferowanego przedmiotu zamówienia osobno lub 2. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania - w formie świadectwa rejestracji wyrobu (jeżeli dotyczy wyrobu), a w przypadku wyrobów nie podlegających obowiązkowi zgłoszenia dokument potwierdzający wywiązanie się wytwórcy z obowiązku nałożonego ustawą z dnia 20.4.2004r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004r Nr 93, poz. 896 z późn. zm.). lub 3. Oświadczenie o klasyfikacji wyrobu, o ile nie wynika to z ww. dokumentów

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wco.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO: WCO POZNAŃ, UL. GARBARY 15 - W POKOJU 028, I PIĘTRO W BUDYNKU KANTOR, DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2010 godzina 09:00, miejsce: W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO: WCO POZNAŃ, UL. GARBARY 15 - W POKOJU nr 3089 DAWNIEJ nr 301 , III PIĘTRO W STARYM BUDYNKU - KANCELARIA.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Stojak z listwą zasilającą do pompy infuzyjnej szt. 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stojak z listwą zasilającą do pompy infuzyjnej szt. 2 Na pięcioramiennej podstawie jezdnej, o średnicy ok.60cm z blokadą założoną na dwa kółka, wykonane z tworzywa. Kolumna z listwą przyłączeniową zawierającą 5 gniazd sieciowych i centralny wyłącznik, listwa przyłączeniowa /laryngologia/..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Fotel operatora do zabiegów neurochirurgicznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Fotel operatora do zabiegów neurochirurgicznych szt.1 l.p. Opis 1. Fotel przeznaczony do zabiegów mikrochirurgicznych. 2. Stabilna pięcioramienna podstawa o średnicy 780 mm. Podstawa jezdna na 5 podwójnych rolkach. 3 mechanizmy blokujące. 3. Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska w zakresie od 540 mm do 740 mm. Mechaniczna blokada poziomej osi obrotu oraz regulacji wysokości siedziska. 4. Zwalnianie hamulca pneumatycznego przez naciśnięcie metalowej płyty w zasięgu nogi operatora. 5. Regulacja wysokości oparcia na plecy oraz regulacja odległości oparcia na plecy od siedziska. 6. Możliwość prostego przełożenia oparcia na plecy do pozycji oparcia na brzuch (z przodu siedziska). 7. Podpórki na ramiona wraz z wysięgnikami, regulowane w 5 płaszczyznach: - odchylenie do przodu i tyłu, blokowane pokrętłem. - przybliżenie i oddalenie od siedziska, blokowane pokrętłem. - pochylenie wysięgnika podpórki, za pomocą mechanizmu pokrętła samohamownego. -obrót podpórki w płaszczyźnie poziomej, blokowane pokrętłem. -pochylenie podpórki, blokowane pokrętłem. 8. Łatwe czyszczenie i dezynfekcja..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Automatyczne urządzenie do biopsji cienkoigłowej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Automatyczne urządzenie do biopsji cienkoigłowej 1 szt. /pistolet/ z możliwością wyboru dwóch głębokości penetracji tkanek 15 mm lub 22 mm. Urządzenie do obsługi jedną ręką z blokadą spustu, wyraźnym oznakowaniem pola które wskazuje poziom naciągnięcia igły /połowa pola - igła naciągnięta w sposób umożliwiający usunięcie pobranego materiału: pełne pole - igła gotowa do użycia. Wraz z igłami w ilości 300 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: wózek do transportu chorych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH - 1 szt. LP OPIS WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI PARAMETRY OFEROWANE 1. Szerokość całkowita 740 mm (+/- 30 mm) TAK podać 2. Długość całkowita: 2050 mm(+/- 30 mm) TAK podać 3. Wysokość leża od podłogi regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego 600 mm do 900 mm TAK podać 4. Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym TAK 5 Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej min. 600 TAK podać 6. Przechył Trendelenburga min. 200 TAK 7. Przechył anty - Trendelenburga min.120 TAK 8. Pozycja Trendelenburga i anty - Trendelenburga wspomaganą sprężynami gazowymi TAK 9. Leże wypełnione płytą laminowaną

umożliwiająca monitorowanie pacjenta, wykonanie zdjęć RTG na całej długości wózka, oraz przeprowadzenie reanimacji. TAK 10. Pod leżę prowadnica na kasetę RTG umożliwiającą jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości TAK 11 Dopuszczalne obciążenie wózka min.250 kg TAK załączyć dokument.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH NASYCONĄ PARĄ WODNĄ 1 szt..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH NASYCONĄ PARĄ WODNĄ 1 szt. Wymagane Oferowane Zbiornik z aluminium o pojemności ok. 3,7l TAK Dysze wymienne na teflonowym przewodzie rurowym o długości około 1,5 metra TAK Ciśnienie robocze pary - 4 bary TAK Czas nagrzewania i gotowości do pracy - 20min TAK Napełnianie wodą DEMI - ręczne lub automatyczne TAK Media - energia elektryczna, pobór mocy - 1,6kW TAK Wymiary zewnętrzne 275 mm x 265 mm x 455 mm, waga - 12 kg TAK Znak CE TAK Przegląd gwarancyjny 1 x w roku TAK.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Monitor kardiologiczny - 4 szt..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa parametru Spełnienie warunku TAK Oferowane parametry Numer strony oferty z dokumentem potwierdzającym parametry poszczególnych pozycji. 1 2 3. 4 5 Model/typ (wpisać) Nazwa producenta/kraj pochodzenia (wpisać) Miesiąc i rok produkcji (wpisać) 1. Monitor kompaktowo - modułowy. Poszczególne moduły pomiarowe i programowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. Monitor kompatybilny z posiadanymi przez szpital monitorami serii Infinity. Kompatybilność przewodów i czujników. Możliwość spięcia z jedną centralą pielęgniarską. TAK 2. System monitorowania zapewniający nieprzerwane, pełne i jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu TAK 3. System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitor przez sieć przewodową przesyłu danych oraz kartę pamięci lub odpowiedni moduł. TAK 4. Bezpieczne i wygodne mocowanie zestawu monitorującego do ściany, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu. Dołączone odpowiednie uchwyty i akcesoria do zamocowania monitora TAK 5. Monitor mocowany na stacji dokującej pozwalającej na szybkie odłączenie/przyłączenie monitora . TAK 6. EKTRAN TAK 7. Przekątna ekranu min. 8 TAK 8. Typ ekranu kolorowy LCD TFT TAK 9. Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim /obsługa całego systemu w języku polskim/ TAK 10. Zasilanie monitora 230/50Hz TAK 11. Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na co najmniej 1 godzinę pracy TAK 12. PARAMETRY EKG TAK 13. Monitorowanie jednocześnie 7 odprowadzeń rzeczywistych TAK 14. Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych TAK 15. Analiza częstości akcji serca i arytmii TAK 16. Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierane przez użytkownika TAK 17. Podstawowa analiza arytmii TAK 18. Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia 5 elektrod TAK 19. ODDECH TAK 20. Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu TAK 21. KAPNOGRAFIA - możliwość rozbudowy TAK 22. SATURACJA (SPO2) TAK 23. W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec TAK 24. System monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale TAK 25.

NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA TAK 26. W komplecie przewód i trzy mankiety dla dorosłych TAK 27. POMIAR TEMPERATURY TAK 28. Czujnik temperatury powierzchniowy TAK 29. Dokładność pomiaru temperatury $\pm 0,1$ °C lub lepsza TAK 30. INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA TAK 31. Przynajmniej dwa tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne tory pomiarowe TAK 32. ALARMY TAK 33. Alarmy min. na 3 poziomach ważności TAK 34. TRENDY TAK 35. 24 - godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrach, w postaci tabel i wykresów TAK 36. System umożliwiający rozbudowę o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów i centrali na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala TAK 38 Dokumenty dopuszczające wyrób do użytkowania w placówkach służby zdrowia TAK (wpisać) 39 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 06.08.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.