

Poznań, dnia 25-03-2010

EZ/ __2072__ /2010

**Wg rozdzielnika
Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 32/2010 – urządzenia medyczne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

Pytania dot. zadania nr 4:

1. Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą wózka przy podniesionych poręczach bocznych 813 mm oraz przy opuszczonych poręczach bocznych 673 mm?

ODPOWIEDŹ: NIE DOPUSZCZA SIĘ ROZMIARÓW WÓZKA WIĘKSZYCH NIŻ OKREŚLONE W SPECYFIKACJI. UZASADNIENIE: WYMIARY OKREŚLONE W SPECYFIKACJI SĄ OPTYMALNE – MAKSYMALNE DLA UŻYTKOWNIKA Z UWAGI NA GABARYTY POMIESZCZENIA.

2. Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą wózka 2108 mm?

ODPOWIEDŹ: NIE DOPUSZCZA SIĘ ROZMIARÓW WÓZKA WIĘKSZYCH NIŻ OKREŚLONE W SPECYFIKACJI. UZASADNIENIE: WYMIARY OKREŚLONE W SPECYFIKACJI SĄ OPTYMALNE – MAKSYMALNE DLA UŻYTKOWNIKA Z UWAGI NA GABARYTY POMIESZCZENIA

3. Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości wózka w zakresie 616 – 959 mm?

ODPOWIEDŹ: TAK

4. Czy Zamawiający dopuści regulację pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/- 18°?

ODPOWIEDŹ: TAK

5. Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w kosz na rzeczy pacjenta, natomiast z możliwością położenia rzeczy pacjenta w wyprofilowanym w obudowanie wózka pojemniku?

ODPOWIEDŹ: TAK

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużeniu terminu dostawy do 8 tygodni od daty zawarcia umowy?

ODPOWIEDŹ: NIE, Z POWODU WYMOGU SANEPIDU TERMIN NIE ULEGA ZMIANIE.

Pakiet nr 4 – Wózek do transportu chorych – 1 sztuka

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 810 mm ?

ODPOWIEDŹ: NIE DOPUSZCZA SIĘ ROZMIARÓW WÓZKA WIĘKSZYCH NIŻ OKREŚLONE W SPECYFIKACJI. UZASADNIENIE: WYMIARY OKREŚLONE W SPECYFIKACJI SĄ OPTYMALNE – MAKSYMALNE DLA UŻYTKOWNIKA Z UWAGI NA GABARYTY POMIESZCZENIA.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości za pomocą hydraulicznej pompy nożnej w zakresie od 620 mm do 940 mm ?

ODPOWIEDŹ: TAK

3. Czy Zamawiający dopuści wózek , którego konstrukcja wykonana jest z hartowanej , galwanizowanej stali , które to rozwiązanie jest trwalsze od opisanego ?

ODPOWIEDŹ: TAK

4. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją funkcji Trendelenburga i anty – Trendelenburga w zakresie +/- 18° ?

ODPOWIEDŹ: TAK

5. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją funkcji Trendelenburga i anty – Trendelenburga dokonywaną za pomocą nożnej pompy hydraulicznej co jest rozwiązaniem lepszym od opisanego , ponieważ w trakcie regulacji personel

nie musi używać siły a co najważniejsze ma wolne ręce w trakcie regulacji i może zająć się ratowaniem pacjenta ?

ODPOWIEDŹ: TAK

6. Czy Zamawiający dopuści wózek , który zamiast kosza na ubrania pacjenta posiada tworzywową osłonę podstawy z wyprofilowanym pojemnikiem na rzeczy pacjenta i na butlę z tlenem ?

ODPOWIEDŹ: TAK

7. Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję wózka, Zamawiający wymaga rozwiązania kolumnowego, będącego łatwiejszym do utrzymania w czystości w stosunku do starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstawania infekcji ?

ODPOWIEDŹ: TAK

8. Czy ze względu na zapobieganie powstawaniu infekcji , Zamawiający wymaga, aby wózek posiadał tworzywową osłonę podwozia ?

ODPOWIEDŹ: TAK

9. Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga , aby barierki boczne były zamocowane oraz chroniły pacjenta na całej długości leża?

ODPOWIEDŹ: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

10. Czy Zamawiający wymaga , aby barierki boczne były opuszczane poniżej poziomu leża , tak aby nie powodować przerwy transferowej przy przekładaniu pacjenta np. na łóżko ?

ODPOWIEDŹ: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

11. Czy ze względu na umożliwienie szybkiej reakcji i zablokowania wózka Zamawiający wymaga , aby dźwignie hamulca centralnej blokady znajdowały się na wszystkich czterech narożach wózka ?

ODPOWIEDŹ: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

Pytanie:

dotyczy PAKIET NR 3 Automatyczne urządzenie do biopsji cienkoigłowej

1. Prosimy o doprecyzowanie zastosowania urządzenia do biopsji. wg opisu wynika, że mają Państwo na myśli urządzenie do biopsji grubo igłowej, a nie do biopsji cienkoigłowej. Czy nie nastąpiła omyłka w określeniu?

ODPOWIEDŹ: TAK, ZAMAWIAJĄCY WPROWADZIŁ OMYŁKOWY OPIS. PONIŻEJ PODAJEMY PRAWDŁOWY.

WINNO BYĆ:

Automatyczne urządzenie do biopsji gruboigłowej 1 szt. /pistolet/ z możliwością wyboru dwóch głębokości penetracji tkanek 15 mm lub 22 mm. Urządzenie do obsługi jedną ręką z blokadą spustu, wyraźnym oznakowaniem pola które wskazuje poziom naciągnięcia igły /połowa pola – igła naciągnięta w sposób umożliwiający usunięcie pobranego materiału: pełne pole – igła gotowa do użycia.

Wraz z igłami w ilości 300 szt.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna