

Poznań, dnia 26-03-2010

EZ/ \_\_2072/1\_\_ /2010

**Wg rozdzielnika  
Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 32/2010 – urządzenia medyczne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 6 – monitor kardiologiczny 4 szt.**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści monitory kardiologiczne posiadające dwa tory pomiarowe IBP bez możliwości rozbudowy o kolejne tory pomiarowe.

ODPOWIEDŹ: TAK

MODYFIKACJA SIWZ

Wykreśla się jedną pozycję [nr 31] z opisu parametrów technicznych w/w urządzenia.

<del>Przynajmniej dwa tory pomiarowe z</del>	
31 <del>możliwością rozbudowy o kolejne tory</del>	<b>TAK</b>
<del>pomiarowe</del>	

Z poważaniem,  
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna