

Poznań, dnia 2008-02-29

EZ.....1286...../2008

**Wg rozdzielnika
Do uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 24/2008 – sprzęt medyczny jednorazowego użytku – sterylne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE: dot. pakietu nr 6 poz. 3 i 5

W celu uściślenia otrzymanej odpowiedzi w dniu 28.02.08 do powyższego pakietu, prosimy o doprecyzowanie treści udzielonej odpowiedzi czy należy(wymóg) zaoferować balon w komplecie z przewodnikiem? Poprzednio zadane pytanie mogłoby sugerować, iż Wykonawcy mogą zaoferować cewnik balonowy wraz z przewodnikiem lub mogą zaoferować sam cewnik balonowy.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający wymaga zaoferowania cewnika balonowego z przewodnicą.

Z poważaniem,