

Poznań, dnia 2008-02-28  
EZ...1260...../2008

**Wg rozdzielnika**  
**Do uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 24/2008 – sprzęt medyczny jednorazowego użytku – sterylny.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które udzielamy odpowiedzi:

**PYTANIE:**

W związku z ww. postępowaniem przetargowym prosimy o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia:

**Pakiet IV poz. 1-2**

1. Czy zamawiający wymaga aby łączniki były 2x obrotowe, 2x uszczelnione umożliwiające odsysanie i wykonanie bronchofiberoskopii.

**ODPOWIEDŹ> NIE**

2. W związku z wymogiem aby rurki posiadały znacznik RTG na całej długości rurki co umożliwi dokładne i jednoznaczne wizualizowanie położenia rurki prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania dodatkowych znaczników RGT.

**ODPOWIEDŹ> ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA Odstąpienie od wymogu.**

3. Prosimy o odstąpienie od wymogu aby łączniki posiadały zaciski ponieważ nie występują one standardowo w zestawach do rurek odoskrzelowych.

**ODPOWIEDŹ> ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA Odstąpienie od wymogu.**

**Pakiet IV poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby rurki tracheotomijne posiadały system automatycznie regulujący ciśnienie w mankiecie, gdyż występuje ono tylko u jednego producenta.

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z pakietu oraz utworzenie nowego zadania. Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną oraz konkurencyjną ofertę, a jednocześnie zwiększy grupę wykonawców.

**ODPOWIEDŹ> ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA Odstąpienie od wymogu.**

Z poważaniem,  
dr n. med. Jerzy Załuski

z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa