

Poznań, dnia 2008-02-28

EZ.....1231...../2008

**Wg rozdzielnika
Do uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 24/2008 – sprzęt medyczny jednorazowego użytku – sterylny.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE:

Dotyczy pakietu VI poz.4

Dlaczego w pakiecie IV brak pozycji nr 4?

ODPOWIEDŹ:

Nastąpiła pomyłka w numeracji. Pozycja nr 4 nie występuje.

PYTANIE:

Dotyczy pakietu 6 poz. 3 i 5 .

Czy w pakiecie VI w pozycji 3i 5 Zamawiający zezwala na zaoferowanie balona w komplecie w przewodnikiem?

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE:

Czy w pakiecie VI poz. 6 zamawiający zezwala na zaoferowanie strzykawek pakowanych pojedynczo, a dostarczanych w opakowaniach po 5 szt.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE:

Dotyczy pakietu nr 5

Czy obok rurek z systemem automatycznie regulującym ciśnienie w mankiecie (jak rurki z systemem Lanza lub mankietem Fome-Cuf firmy Bivona) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 5 rurek tracheostomijnych z samoblokującym się mandrynem z otworem na przewodnicę Seldingera oraz mankietem uszczelniającym o potwierdzonej w badaniach klinicznych obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu SoftSeal ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rurki z samoblokującym się mandrynem z otworem na przewodnicę Seldingera, natomiast nie wymaga się mankietu o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu.

PYTANIE:

dotyczące Pakietu nr 5 :

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego spełniającego wymagany opis z dodatkowym drenem o długości 90cm. Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie korzystnej dla szpitala oferty.

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszcza się dodatkowy dren do worka o długości 90cm.

PYTANIE:

dotyczące Pakietu nr 5 :

Biorąc pod uwagę znaczenie sterylności w profilaktyce zakażeń wewnątrzszpitalnych czy Zamawiający wymaga jałowego układu oddechowego?

ODPOWIEDŹ: Układ oddechowy musi być sterylny lub biologicznie czysty.

Z poważaniem,
dr n. med. Jerzy Załuski

z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa