

Poznań, dnia 2008-03-04  
EZ.....1341...../2008

**Wg rozdzielnika**  
**Do uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 24/2008 – sprzęt medyczny jednorazowego użytku – sterylny.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE: do Pakietu nr 4 poz 5:

W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 28.02.2008 w której Zamawiający dopuścił rurkę z samoblokującym się Mandrynem z otworem na prowadnicę Selingera, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający podtrzymuje pozostałe wymogi SIWZ i wymaga Rurki z systemem automatycznie regulującym ciśnienie w mankiecie?

ODPOWIEDŹ. TAK.

---

PYTANIE: PAKIET NR III

1. *Pozycja 2 – Iгла do biopsji typu PUNCH*  
- Prosimy o podanie rozmiaru igieł w G. lub w mm.  
- Co zamawiający rozumie pod określeniem PUNH?

ODPOWIEDŹ.

Jest to przyrząd do biopsji skórnej posiadający końcówki tnące o sześciu różnych średnicach 2mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm.  
Zbudowany z zaostrej rurki ze stali nierdzewnej, wtopionej w polipropylenową nasadkę.

---

ODPOWIEDŹ. PAKIET NR IV

1. *Pozycja 3 – Rurki Ustno gardłowe dla dorosłych*  
- Czy zamawiający dopuści Rurki Ustno gardłowe dla dorosłych w rozmiarze Ch 2 o długości 80 mm (8cm)?

ODPOWIEDŹ. TAK.

Z poważaniem,