

Poznań, dnia 2010-05-12  
EZ/\_\_\_3211\_\_\_/2010

**Wg rozdzielnika:  
do uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

Dotyczy : przetargu nieograniczonego 56/2010 sprzęt i urządzenia medyczne..

**Odpowiedzi na pytania.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

**PYTANIE:**

W nawiązaniu do Specyfikacji proszę o informację, czy Zamawiający dopuści ofertę na stojaki do kroplówek z podstawą o średnicy 56 cm. Dotyczy **pakietu nr 8**. Pozostałe parametry zgodnie ze specyfikacją.

Odpowiedź. Tak.

Z poważaniem,  
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna