

Poznań, dn. 09.06.2010 r

EZ/ 3911/2010

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 67/2010 na zakup i dostawę sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wymienionego w tytule przetargu, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1, do pakietu X, poz. 1**

**Prosimy o dopuszczenie rozciągalnego jednorazowego układu oddechowego**

Skład zestawu:

- dwa rozciągane dreny karbowane, w zakresie 42-200 cm, o średnicy 22 mm
- złącze respiratora typu 22F – 22F
- jeden rozciągany dren karbowany, w zakresie 42-150 cm
- worek oddechowy 2-3 litrowy, bezlateksowy, ze złączem typu 22M/19F
- złącze od strony pacjenta typu 22/15F
- łącznik Y ze złączem kolankowym oraz z portem do kapnografii

Układ mikrobiologicznie czysty wykonany z polipropylenu, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza układ oddechowy po podanych parametrach.

**Pytanie 2, do pakietu X, poz 2.**

**Prosimy o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowego;**

Skład zestawu:

- dwa dreny karbowane rozciągane długości do 200 cm, o średnicy 22 mm
- złącze respiratora typu 22F – 22F
- jeden dren karbowany rozciągany długości 42-150 cm ze złączem typu 22F
- worek oddechowy 3 litrowy, bezlateksowy, ze złączem typu 22F
- złącze od strony pacjenta typu 22/15F
- łącznik Y ze złączem kolankowym oraz z portem do kapnografii
- łącznik prosty 22M-22M/19F
- wykonany z polietylenu
- filtr hydrofobowy dla dorosłych, waga poniżej 20 g, przestrzeń martwa max. 35 ml

Komplet mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo w zestawie. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww zestawów, ze względu na dodatkowe czynności przygotowania drenu karbowanego o nieskalowanej długości do długości żądanej, w nagłych zabiegach laryngologicznych.

**Pytanie 3, do pakietu X, poz 3**

**Prosimy o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowego;**

Skład zestawu:

- dwa dreny karbowane długości 240 cm, o średnicy 22 mm
- złącze respiratora typu 22F – 22F
- jeden dren karbowany długości 80 cm ze złączem typu 22F
- worek oddechowy 2 litrowy, bezlateksowy, ze złączem typu 22F
- złącze od strony pacjenta typu 22/15F
- łącznik Y ze złączem kolankowym i
- łącznik prosty 22M-22M/19F
- wykonany z polietylenu
- dodatkowo do zestawu filtr hydrofobowy dla dorosłych, waga poniżej 20 g, przestrzeń martwa max. 35 ml

Komplet mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo w zestawie. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw.

**Pytanie 4, dotyczące wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy § 6 pkt.1 a)

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w przypadku: a) „pierwszego opóźnienia w dostawie zamówionego Sprzętu Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1 % niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 3 ust. 4 pkt a) niniejszej umowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załącznika numer 5 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 6 ust. 1 pkt a)-b) w sposób zaproponowany przez wykonawcę.

Wykonawca podejmując decyzję o złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego postępuje w sposób świadomy, kierując się między innymi wymogami zamawiającego odnośnie terminów dostawy objętego zamówieniem publicznym sprzętu, a także konsekwencjami niedotrzymania tych terminów, w szczególności w zakresie uprawnienia zamawiającego do żądania od pozostającego w zwłoce ze spełnieniem świadczenia wykonawcy kar umownych. Nie podlega wątpliwości, iż niedostarczenie przez wykonawcę w terminie sprzętu objętego zamówieniem publicznym spowodować może daleko idące konsekwencje po stronie zamawiającego, wiążące się w szczególności z powstaniem po jego stronie szkody. Konsekwencje takie może spowodować tym bardziej bezzasadne zaprzestanie przez wykonawcę wykonywania jego obowiązków wynikających z umowy. W związku z powyższym istnieje konieczność zastrzeżenia kary umownej stanowiącej substytut odszkodowania w wysokości określonej z góry przy zawieraniu umowy.

**Pytanie 5, dotyczące wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy § 6 pkt.1 b)

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w przypadku: b) drugiego opóźnienia w dostawie oraz każdego kolejnego opóźnienia w dostawie zamówionego Sprzętu Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 % niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego na podstawie § 3 ust. 4 pkt a) niniejszej umowy.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie 5 zawarta jest również w odpowiedzi na pytanie 4.

### **Pytanie 8, Pakiet nr 1:**

#### **1)Poz. nr 1**

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych jałowych fartuchów chirurgicznych SMMS PP (polipropylen) pełnobarierowych zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 40g/m<sup>2</sup>

Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.

W opakowaniu znajdują się ściereczki o wymiarze 33 x 33 cm.

Zestaw owinięty w papier krepowy zabezpieczający przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. Na opakowaniu znajduje się jedna naklejka samoprzylepna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch o podanych parametrach. Bezwzględny wymogiem jest nieprzemakalna wstawka w strefie krytycznej.

#### **2)Poz. nr 2**

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 150 cm x 240 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na serwety w rozmiarze 150 x 240cm i podtrzymuje wymogi zawarte w siwz. Wymiary te nie odpowiadają użytkownikowi, ponieważ zbyt duże rozmiary serwety utrudniają manewry przy operowanym pacjencie.

#### **3)Poz. nr 3**

Prosimy o dopuszczenie kieszeni i oddzielnie pakowaną taśmę lepną

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w siwz, ponieważ przy szybkich działaniach osobno pakowane kieszenie i taśmy lepnej utrudnia pracę personelu.

### **Pytanie 9, Pakiet nr 3:**

#### **Poz. nr 1**

Prosimy o dopuszczenie w zestawie serwety na stolik narzędziowy w rozmiarze 140 x 160 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwety na stolik narzędziowy w rozmiarze 140 x 160cm.

### **Pytanie 15**

Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 4 serweta 124x220 dopuści serwetę w rozmiarze 153x220?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 153 x 220cm

### **Pytanie 16**

Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycje 5 i 6 wymaga próbek przynajmniej po 1 sztuce celem weryfikacji czy oferowany przedmiot jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty składanej w pakiecie 7 poz. 5 i 6 po 3 szt. próbek.

### **Pytanie 17**

Czy Zamawiający w pakiecie 7 wymaga by włóknina użyta do produkcji serwet była włókniną syntetyczną (polipropylen i polietylen) bez zawartości wiskozy i celulozy?

Odpowiedź: Zamawiający wymagał w siwz aby włóknina, z której mają być wykonane serwety posiadała właściwości niepyłące, czyli aby była pozbawiona dodatku wiskozy oraz celulozy.

### **Pytanie 18**

Czy Zamawiający wymaga aby serwety spełniały wymogi i normy o podwyższonym poziomie działania w obszarze krytycznym, co zapewni wysoką chłonność i wysoką barierowość podczas całego zabiegu, co zapewni pełną ochronę pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

### **Pytanie 19**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 2 dopuści serwetę dwuwarstwową, reszta wymagań zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 poz. 2 serwetę dwuwarstwową.

### **Pytanie 20**

#### **Pakiet nr 5:**

##### **1. Poz. nr 1**

Prosimy o dopuszczenie zestawu w składzie:

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 100 x 90 cm Protect (owinięcie zestawu)

2 serwety samoprzylepne dwuwarstwowe 50 x 50 cm

10 sztuk kompresów gazowych 7,5 x 7,5 cm (ES 12 ply, 17 threads)

1 miska plastikowa 60 ml (z podziałką, przezroczysta)

5 sztuk tufery Pagasling nr 4 (20 threads)

1 plastikowe narzędzie do mycia (proste, atraumatyczne, niebieskie 12cm)

1 metalowe nożyczki tępo/ostre (14,5cm, matt finished)

1 pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson

1 pean metalowy zagięty anatomiczny typu Halsted- Mosquito 12,5 cm

1 imadło metalowe typu Mayo-Hegar 14 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego zestawu i podtrzymuje zapisy SIWZ. Wymagany jest zestaw kompletny bez konieczności uzupełniania brakujących elementów zestawu, gdyż utrudnia to pracę personelu.

### **Pytanie 21**

do pakietu 1 pozycja 1.

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 1 dopuści fartuch sterylny pełnochronny o gramaturze 35 gram/m<sup>2</sup>, reszta wymagań zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze 35 gram/m<sup>2</sup>, z bezwzględnym wymogiem, iż będzie on posiadał wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej.

**Zamawiający informuje, że niezwłocznie zostaną udzielone dalsze odpowiedzi na złożone pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

W związku z powyższym informujemy, że **zostaje przesunięty termin składania i otwarcia ofert z dnia 11.06.2010r na dzień 16.06.2010r – składanie ofert godz. 10:00 i otwarcie ofert godz. 11:00.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna