

Poznań, dnia 04.04.2008

EZ.....1978...../2008

Wg rozdzielnika
Do uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 31/2008 - sprzęty - urządzenia medyczne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE:

Pakiet 7 - łóżko dla chorych Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 450mm do 820mm, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla zamawiającego.?

ODPOWIEDŹ: TAK .

Uwaga! Wcześniejszym pismem dokonano zmiany terminów. Ustalono:

- termin składania ofert do dnia 10.04.2008 r. do godz. 9.00
- termin otwarcia ofert w dniu 10.04.2008 r. o godz. 10.00

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna