

Poznań, dnia 25-03-2008

EZ...1760...../2008

Wg rozdzielnika Do uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 31/2008 – sprzęty – urządzenia medyczne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi. Ponadto zmianie ulegają terminy przetargowe.

Ustala się:

- **Termin składania ofert do dnia 07.04.2008 r. do godz. 9.00**
- **Termin otwarcia ofert w dniu 07.04.2008 r. o godz. 10.00**

PYTANIA:

Pakiet 7

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko 4 segmentowe, z czego 3 segmenty ruchome? Takie łóżko daje o wiele więcej możliwości niż łóżko 2 segmentowe?
2. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na materac z zamkiem?
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2150 mm?
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości chowania wieszaka kroplówki pod łóżko?
5. Czy Zamawiający dopuści uchwyt ręki tworzywowy, trójkątny?

Pakiet 8

6. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o długości 2050 mm?
7. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o szerokości 730 mm?
8. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości w zakresie 600-900 mm?
9. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z kątem odchylenia oparcia pleców 60°?
10. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z Trendelenburgiem 20°?

ODPOWIEDZI:

1. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.
2. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.
3. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.
4. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.
5. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.
6. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.
7. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.

8. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.
9. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.
10. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.

Ponadto zmianie ulega tabelka w pakiecie 7. Z powodu, iż kryterium oceny ofert jest cena 100% skreśla się 4 i 5 kolumnę. Poniżej przedstawiamy prawidłowy wygląd pakietu 7.

PAKIET 7.

ŁÓŻKO DLA CHORYCH 8 szt.

Opis:

L.p.	Parametry wymagane	Warunek wymagany
1.	Rama leża wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i działanie wilgoci i środków chemicznych. <i>Opisać.</i>	TAK
2.	Płynna, bezstopniowa regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. <i>Opisać.</i>	TAK
3.	Leże dwuczęściowe. Segmenty leża wypełnione płytą odporną na uszkodzenia mechaniczne, działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych, wytrzymała ciężar minimum 150 kg. <i>Opisać. Podać wytrzymałość.</i>	TAK
4.	Szczyty łóżka chromowane, łatwo zdejmowane i zakładane, wypełnione płytą dekoracyjną odporną na uszkodzenia mechaniczne, działanie wilgoci i środków chemicznych. <i>Opisać.</i>	TAK
5.	Rama leża wyposażona w cztery krążki odbojowe w narożnikach oraz listwy boczne odbojowe.	TAK
6.	Łóżka wyposażone w koła. Centralna blokada wszystkich kół wraz z funkcją ustawienia jednego koła przedniego w pozycji do jazdy na wprost. Mechanizm uruchamiany dźwignią nożną. Oponki nie mogą zostawiać śladów na podłodze podczas jazdy ani jej zabarwiać podczas długiego stania w jednym miejscu. <i>Opisać.</i>	TAK
7.	Równocześnie z unoszeniem części plecowej nieznaczne podnoszenie części nożnej, co powstrzymuje pacjenta przed ześlizgiwaniem się w kierunku końca łóżka. <i>Opisać.</i>	TAK
8.	W ramie łóżka otwory na wieszak do kroplówki : <ul style="list-style-type: none"> • dwa w narożnikach wezgiłowia • dwa w dolnej części łóżka <i>Opisać.</i>	TAK
9.	W ramie łóżka otwory do mocowania barierki bocznych. <i>Opisać.</i>	TAK
10.	Możliwość zamontowania na wezgiłowiu każdego łóżka wysięgnika z uchwytem do ręki. <i>Opisać.</i>	TAK
11.	Na bocznych częściach ramy łóżka haczyki do zawieszania woreczków	TAK

	urologicznych, po dwa haczyki do jednego woreczka ze 140 mm odstępem między nimi. (Dwa haczyki po prawej i dwa po lewej stronie łóżka.) <i>Opisać. Podać rozstaw.</i>	
12	Materac z pianki poliuretanowej o grubości minimum 100mm, dostosowany do wymiarów łóżka. Pokrowiec na materac bez zamka, wykonany z tkaniny zmywalnej, nie przepuszczającej płynów fizjologicznych, ale zapewniającej skórze oddychanie, odporny na dezynfekcję. <ul style="list-style-type: none"> • za dwudzielny materac dostosowany do segmentów łóżka <i>Opisać. Podać grubość.</i>	TAK
13	Wymiary łóżka : <ul style="list-style-type: none"> • długość x szerokość całkowita : 2100 x 950 mm • wysokość ramy leża : maksymalnie 550 mm • średnica kółek : minimum 125 mm <i>Podać wymiary.</i>	TAK
14	Poręcze boczne chromowane, składane, złożone nie mogą wystawać nad materac, z możliwością demontażu. <i>Opisać.</i>	TAK
15	Wieszak do kroplówki dwuramienny, pokryty lakierem proszkowym, tak jak rama łóżka, z możliwością regulacji wysokości do ok. 150 mm. <ul style="list-style-type: none"> • Po zdemontowaniu wieszaka możliwość zamontowania go pod ramą łóżka. <i>Opisać. Podać wymiary.</i>	TAK
16	Wysięgnik z uchwytem trapezowym do ręki, chromowany, z możliwością łatwego demontażu. <i>Opisać.</i>	TAK
17	Regulacja wysokości leża przy pomocy pompy nożnej. <i>Opisać.</i>	TAK
18	Wyposażenie dodatkowe powinno być montowane i demontowane w zadanej pozycji łatwo, szybko, bezpiecznie i wygodnie, bez użycia dodatkowych narzędzi, odkręcania śrub, itp. <i>Opisać.</i>	TAK
19	Na części plecowej i dolnej łóżka, po bokach umieszczone stabilizatory dla materaca, zabezpieczające przed jego przesuwaniem. <i>Opisać.</i>	TAK

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- ⇒ Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi urządzeń, rysunki poglądowe.
- ⇒ Urządzenie powinno być fabrycznie nowe, wyprodukowane w nie wcześniej niż drugiej połowie 2007 roku.

Z poważaniem,