

Poznań, dnia 04.04.2008

EZ.....1953...../2008

Wg rozdzielnika

Do uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 31/2008 - sprzęty - urządzenia medyczne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE:

Pakiet 7 - łóżko dla chorych Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla chorych, z regulacją hydrauliczną leża przy pomocy pompy nożnej w zakresie od 430mm do 830mm?

ODPOWIEDŹ: TAK - zamawiający dopuszcza podany w propozycji parametr techniczny.

Uwaga!

Zmiana terminów przetargowych. Ustala się:

- termin składania ofert do dnia 10.04.2008 r. do godz. 9.00
- termin otwarcia ofert w dniu 10.04.2008 r. o godz. 10.00

Z poważaniem,

Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna