

Poznań, dnia 21.06.2010
EZ/4072/2/2010

Wg rozdzielnika:
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 68/2010 narzędzia chirurgiczne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż precyzuje udzielone odpowiedzi na pytania nr EZ/4072/1/2010.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pakiet nr 2

Poz.12 – podać typ nożyczek

ODPOWIEDŹ: Kleszczyki jelitowe atraumatyczne proste. Wymiary określone zostały w specyfikacji.

Druga dwunastka – to nie są nożyczki

Dodatkowo wyjaśnia się:

Zamawiający wyraża zgodę na tolerancję +/- 10% tylko na długości narzędzi. Natomiast na pozostałe parametry Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. Dopuszczenie tolerancji +/- 10% automatycznie zmieni parametry części roboczych

Z poważaniem,
z-ca Dyr. Ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej –Sarna