

Poznań, dnia 22-06-2010

EZ/ ...4148/1.../2010

**Wg rozdzielnika:  
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 70/2010 procesory tkankowe i pinceta.

**Odpowiedzi na pytania.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

**PYTANIE:** Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia poprzedzającym zestawienie parametrów technicznych w tabeli pisze, że przedmiotem zamówienia **jest procesor (lub procesory)** tkankowy mikrofalowy, który ma minimalną przepustowość 400 standardowych kasetek dziennie (8 godz. pracy). **Maszyna (lub maszyny)** musi umożliwiać wystawienie wyników tego samego dnia. Wykonawca rozumie, że może zaproponować jeden mikrofalowy procesor tkankowy o przepustowości 400 szt. standardowych kasetek lub dwa mikrofalowe procesory tkankowe o przepustowości 200 szt. standardowych kasetek każdy. **Czy interpretacja tego zapisu przez oferenta jest prawidłowa?**

**ODPOWIEDŹ:** Tak. Albo jedna maszyna będąca w stanie przeprowadzić 400 kasetek w czasie 8 godzin albo 2 mniejsze.

Na poniższe pytanie Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie niezwłocznym.

Odpowiedź jest przygotowywana przez użytkownika.

*PYTANIE: Dotyczy: Pakiet nr 1 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie przez Zamawiającego punktu 17 specyfikacji, tj.: „Parametry oceniane (jakościowe): Żeby sprawdzić jakość urządzenia, oferent musi zaakceptować próby z Zakładu do przeprowadzania w zaproponowanym urządzeniu. Dalej materiały będą badane w Zakładzie korzystając z metod klasycznych, immunohistochemicznych i biologii molekularnej (np. FISH).”*

- 1. Co Zamawiający rozumie pod określeniem „próby”?*
- 2. Kiedy, gdzie i na jakich warunkach mają odbyć się „próby” urządzeń?*

*3. Jaki wpływ na wybór oferty ma punktacja za jakość uzyskanych w „próbach” preparatów, przy założeniu, że jedynym kryterium oceny według zapisu w SIWZ jest cena - 100%?*

W chwili obecnej dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Ustala się:

- **Termin składania ofert do dnia 25.06.2010 r. do godz. 9.00**
- **Termin otwarcia ofert do dnia 25.06.2010 r. do godz. 10.00**

Z poważaniem,  
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna