

Poznań, dnia 06.07.2010.
EZ/4650/ 2010

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym nr 80/2010

Dotyczy: **Zakup i dostawa elektronicznego systemu testującego do sterylizatorów parowych.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji, na które udzielamy poniżej odpowiedzi.

PYTANIE

Prosimy o zmianę zapisu warunków gwarancji: W przypadku wymiany rejestratora i dostarczenia nowego rejestratora Zamawiający będzie obciążony za nowy rejestrator kwotą wynikającą z dotychczasowej ilości użyć wymienianego rejestratora.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w pkt. 5 wymagań technicznych przedmiotu zamówienia na:

„W przypadku wymiany rejestratora i dostarczenia nowego rejestratora Zamawiający będzie obciążony za nowy rejestrator kwotą wynikającą z dotychczasowej ilości użyć wymienianego rejestratora”

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna