

Poznań, dnia 21.07.2010.
EZ/5056/ 2010

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym nr 83/2010

Dotyczy: **Zakup i dostawa opatrunków i siatek**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji, na które udzielamy poniżej odpowiedzi.

PYTANIE

wzór umowy §5 punkt 1 podpunkt a i b

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych? Proponujemy:
- w podpunkcie „a” do 0,2 % niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki;
 - w podpunkcie „b” do 0,5% niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załącznika numer 5 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 5 ust. 1 pkt a) i b) w sposób zaproponowany przez wykonawcę.

Wykonawca podejmując decyzję o złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego postępuje w sposób świadomy, kierując się między innymi wymogami zamawiającego odnośnie terminów dostawy objętego zamówieniem publicznym sprzętu, a także konsekwencjami niedotrzymania tych terminów, w szczególności w zakresie uprawnienia zamawiającego do żądania od pozostającego w zwłoce ze spełnieniem świadczenia wykonawcy kar umownych. Nie podlega wątpliwości, iż niedostarczenie przez wykonawcę w terminie materiałów objętych zamówieniem publicznym (opatrunków i siatek) spowodować może daleko idące konsekwencje po stronie zamawiającego, wiążące się w szczególności z powstaniem po jego stronie szkody. Konsekwencje takie może spowodować tym bardziej bezzasadne zaprzestanie przez wykonawcę wykonywania jego obowiązków wynikających z umowy. W związku z powyższym istnieje konieczność zastrzeżenia kary umownej stanowiącej substytut odszkodowania w wysokości określonej z góry przy zawieraniu umowy.

PYTANIE

Pakiet 10

Czy zamawiający w pakiecie 10 dopuści przyklepic o rozmiarze 10-10,5cm x 9,1m, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE

Pakiet 14

Czy Zamawiający wymaga, aby przylepce w pakiecie 14 były na równomiernie rozmieszczonym na całej powierzchni lepnej kleju akrylowym, bez zawartości uczulającego i wysuszającego tlenku cynku i kauczuku?

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE

Pakiet 14 poz 4

Czy zamawiający wymaga, aby przylepiec był na bawełnianej tkaninie, co wpływa na przylepność i paroprzepuszczalność przylepca oraz posiadał ząbkowane krawędzie, pozwalające na dzielenie przylepca bez użycia nożyczek?

ODPOWIEDŹ

Tak.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna