

Poznań, dnia 23.07.2010.
EZ/5060/1/ 2010

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym nr 83/2010

Dotyczy: **Zakup i dostawa opatrunków i siatek**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji, na które udzielamy poniżej odpowiedzi.

PYTANIE

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 4 ust. 21

Prosimy o wykreślenie z zapisu wymogu oznaczenia „data produkcji”.

Wg Dyrektywy Rady 93/42 EEC, 13.3 „Etykieta musi zawierać: e) wskazanie daty przydatności do użycia, wyrażonej jako miesiąc i rok, tam, gdzie to ma zastosowanie”, l) rok produkcji dla wyrobów aktywnych innych od wyrobów wymienionych w lit. e)”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający uwzględniając słuszny interes wykonawców wyraża zgodę na zmianę załącznika numer 5 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 2 ust. 21 (błędnie oznaczonego przez wykonawcę jako § 4 ust. 21) w sposób zaproponowany przez wykonawcę, tj. poprzez wykreślenie z treści tego przepisu zwrotu „datę produkcji”.

W związku z powyższym zamawiający zmienia treść załącznika numer 5 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 2 ust. 21 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści:

„Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę Opatrunków powinny mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, nazwę i adres producenta, datę ważności oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W razie dostarczenia Opatrunków oznaczonych niezgodnie z wymogami określonymi w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości tych Leków”

wprowadza następujący zapis:

„Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę Opatrunków powinny mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, nazwę i adres producenta, datę ważności oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W razie dostarczenia Opatrunków oznaczonych niezgodnie z wymogami określonymi w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości tych Opatrunków”

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna