

Poznań, dnia 2010-08-03
EZ/ 5194/1 /2010

**wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 83/2010 – OPATRUNKI I SIATKI.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji , na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE:

Czy Zamawiający w **pakiecie nr 6 poz. 5** wymaga zaoferowania standardowych tamponów Merocel ze sznurkiem w rozmiarze 8 x 1 x 3 cm czy tamponów Merocel Hemox Slim w rozmiarze 7,7 x 1 x 3,3 cm? Bowiern produkt z pozycji 5 „Merocel Hemox Slim-line Nasal Dress” nie występuje w rozmiarze 8 x 1 x 3 cm, tak jak podał Zamawiający.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga Merocel ze sznurkiem 8x1x3 cm.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna