

Poznań, dnia 09-07-2010

EZ/ \_\_5414/1\_\_ / 2010

**Wg rozdzielnika:  
do wszystkich zainteresowanych/uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 93/2010 narzędzia chirurgiczne.

**Odpowiedzi na pytania.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Zamawiający uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

**Pytanie** dot. pakietu nr 2 poz. 2 czy nie zaszła pomyłka w określeniu długości pęsety? Pod numerem katalogowym 6000.10 podanym przez Zamawiającego, występuje pęseta dł. 10,5 cm.

**ODPOWIEDŹ;** Tak, zaszła pomyłka - koryguje się zapis – w pozycji nr 2 winno być „długość 10,5 cm”.

Z poważaniem,  
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna