

Poznań, dnia 11-07-2010

EZ/ __5414/3__ / 2010

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych/uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 93/2010 narzędzia chirurgiczne.

Odpowiedzi na pytania.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

Pytanie: Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 19. Proszę o podanie kodu produktu ponieważ jest nieczytelny.

ODPOWIEDŹ: W pozycji 19 pakietu 1 winno być:

19	Łopata brzuszna długość całkowita 285 mm, szerokość części roboczych 45 x 63 mm (strona wklęsła – robocza), wysokość odgięcia (w kształcie litery S) 22 mm.	3 szt	BT 749 R
----	--	-------	----------

Pytanie: dotyczy pakietu nr 1 pozycja 6. Czy obowiązujący kod to NH-279-EZMS?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie: czy rękojmia ma obowiązywać na okres 12 m-cy?

ODPOWIEDŹ: Nie ma błędu w zapisie „rękojmia 12 miesięcy”. Wyjaśniamy iż termin gwarancji wymagany przez zamawiającego to okres minimum 36 miesięcy. W pierwszych 12 miesiącach trwania gwarancji zamawiającemu ustawowo przysługuje rękojmia, co wynika z przepisów i o której to rękojmi mowa jest w treści kontraktu.

Pytanie: czy zamawiający wydłuży termin dostawy narzędzi na 60 dni?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji - wymaga dostawy w przeciągu 6 tygodni tj. 42 dni.

Ponadto informujemy, iż pytania do specyfikacji **wpłynęły po terminie**, jednakże Zamawiający udziela odpowiedzi w istotnej sprawie.

Podstawa prawna:

Ustawa PZP. Art. 38 ust 1 pkt 3

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna