

Poznań, dnia 31-03-2008

EZ/.....1855...../ 2008

**Wg rozdzielnika
do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 30/2008 Dostawa odczynników (kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych) do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz dzierżawą analizatora biochemiczno i immunochemicznego i świadczeniem bezpłatnych usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów – substancji szkodliwych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIA:

1. W związku z brzmieniem pkt. 11 (załącznik nr 9 do SIWZ – warunki graniczne analizatora biochemiczno-immunologicznego) prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż zapis „system chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora...” oznacza, że analizator posiada funkcję wymuszonego obniżenia temperatury odczynników na jego pokładzie.

2. Wnioskujemy, aby Zamawiający wprowadził wymóg załączenia do oferty ulotek wszystkich oferowanych wyrobów, albowiem wymagane, pkt. 26 załącznika nr 9 do SIWZ – warunki graniczne analizatora biochemiczno-immunologicznego, karty charakterystyk nie pozwalają na dokonanie prawidłowej oceny czy treść oferty odpowiadać będzie treści SIWZ.

3. Wnioskujemy, aby Zamawiający wprowadził do SIWZ wyraźny zapis, aby z załączonych do oferty dokumentów wynikało, że wszystkie wyroby będące przedmiotem zamówienia były produktami, które dniu składania ofert znajdują się w sprzedaży i mogą być przedmiotem dostawy, a nie były wyrobami które zostaną wprowadzone do sprzedaży po dacie składania ofert.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu gwarancji i rękojmi dla oferowanych produktów (odczynniki, kalibratory, kontrole) z 12 na min. 3 miesiące?

ODPOWIEDZI: ad 1,2,3,4.

1. Tak Zamawiający potwierdza, iż zapis: „system chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora...” oznacza, że analizator posiada funkcję wymuszonego obniżenia temperatury odczynników na jego pokładzie.

2. Tak, Zamawiający wprowadza wymóg dołączenia do oferty ulotek wszystkich oferowanych wyrobów.
3. Tak, oferowane w ofercie wyroby muszą być aktualnie w sprzedaży (aktualnie tzn. na dzień składania ofert!)
4. Zamawiający wprowadza zmianę w specyfikacji. Skreśla się w całej treści specyfikacji słowa „12 m-cy gwarancji”. Wymaga się natomiast gwarancji określonej przez producenta wyrobu dla danego odczynnika. Wymóg zamawiającego dotyczący gwarancji poszczególnych pozycji asortymentu zawarty jest także w warunkach granicznych w zał. nr 9.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna