

Poznań, dn. 20.08.2010 r

EZ/ 5772/1/2010

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 98/2010 na zakup i dostawę sprzętu i preparatów do maszynowego mycia dla potrzeb Centralnej Sterylizacji Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wymienionego w tytule przetargu:

**Pakiet I, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanienki do dezynfekcji o pojemności 3l, wykonanej z polipropylenu, z wygodnymi uchwytami i nieprzeźroczystą szczelną pokrywą, nakładką dociskającą ułatwiającą całkowite zanurzenie narzędzi, sita z PCV z wygodnym uchwytem umożliwiającym wyjęcie narzędzi, z możliwością mycia i dezynfekcji maszynowej, wewnątrz składowa pojemności o wymiarach zewnętrznych 300 mm x185 mm x125 mm?

**Pakiet I, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanienki do dezynfekcji o pojemności 10l, wykonanej z polipropylenu, z wygodnymi uchwytami i nieprzeźroczystą szczelną pokrywą, nakładką dociskającą ułatwiającą całkowite zanurzenie narzędzi, sita z PCV z wygodnym uchwytem umożliwiającym wyjęcie narzędzi, z możliwością mycia i dezynfekcji maszynowej, wewnątrz składowa pojemności o wymiarach zewnętrznych 555 mm x205 mm x135 mm?

**Pakiet III, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, o odczynie alkalicznym, przeznaczonego do maszynowego mycia, zawierającego fosfoniany, ług potasowy, krzemiany (ochrona przed korozją), przystosowanego do przygotowywania narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych, butelek niemowlęcych, kontenerów ze stali szlachetnej oraz pojemników na narzędzia, o pH koncentratu ok. 14, Dozowanie 3-5g/l, w płynie, w opakowaniach 5kg, 10kg lub 30kg po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Informujemy Zamawiającego że opakowania 5kg, 10kg lub 30kg, które chcemy zaoferować są użytkowo i wielkościowo równoważne dla wyspecyfikowanych opakowań 5L, 10L i 30L a różnica w oznaczeniach wynika z indywidualnego podejścia producenta do tych oznaczeń.

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy do obliczeń należy przyjąć  $1l = 1kg$ , czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu? Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

### **Pakiet III, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści równoważny preparat do maszynowego i chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestetycznego na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V – polio, HBV, HIV, S, jaja glisty, Helicobacter pylori) o stężeniu 1 % w czasie 5 min i temperaturze 50-60°C, w opakowaniach 5l?

### **Pakiet III, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego posiadającego w składzie kwas cytrynowy, neutralizującego, przystosowanego do przygotowywania narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i instrumentów MIC, kontenerów ze stali szlachetnej, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych oraz butelek niemowlęcych, dozowanie 1-2g/l, o pH koncentratu 2,0, w płynie, w opakowaniach 5kg?

Informujemy Zamawiającego że opakowania 5kg, które chcemy zaoferować są użytkowo i wielkościowo równoważne dla wyspecyfikowanych opakowań 5L a różnica w oznaczeniach wynika z indywidualnego podejścia producenta do tych oznaczeń.

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu? Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)

### **Pakiet III, poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, enzymatycznego, stosowanego do przygotowywania narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i instrumentów MIC, sztywnych endoskopów oraz osprzętu stosowanego w anestezjologii, kontenerów przeznaczonych do przechowywania sterylnych materiałów i kontenerów na odpadki, zawierającego niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole, inhibitory korozji, o pH koncentratu ok. 6,7, dozowanie 3-5g/l, w płynie, w opakowaniach 5kg?

Informujemy Zamawiającego że opakowania 5kg, które chcemy zaoferować są użytkowo i wielkościowo równoważne dla wyspecyfikowanych opakowań 5L a różnica w oznaczeniach wynika z indywidualnego podejścia producenta do tych oznaczeń.

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu? Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)

Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi pytania, przesuwa się termin składania i otwarcia ofert z dnia 24.08.2010r na dzień **26.08.2010 – przy czym składanie ofert do godz. 10.00 i otwarcie ofert – o godz. 11.00.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna