

Poznań, dnia 08.09.2010.
EZ/6218/ 2010

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym nr 104/2010

Dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego- ampulek do mrożenia materiału biologicznego w ciekłym azocie

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o zdanie:
„oznaczenia kolorowe pasujące do zakrętek krioprobówek w ilości 15.000”

Wobec powyższego poniżej podaje się aktualny opis wymagań technicznych:
Sterylnie krioprobówki z gwintem wewnętrznym, zakrętką i silikonową uszczelką
Pojemność: 1,8 ml
Materiał krioprobówki i zakrętki: polipropylen
z polem do opisu
sterylność określona normą ISO 11137
Dno probówki: zaokrąglone
Podstawa stojąca, gwiazdzista
Wysokość/średnica: 49/12,5 mm
Maksymalna ilość pakowana sterylnie: 50szt.
oznaczenia kolorowe pasujące do zakrętek krioprobówek w ilości 15.000

Ilość 15 000 sztuk

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna