

Poznań, dnia 10.09.2010
EZ/6218/1/2010

Wg rozdzielnika:

Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 104/2010 Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego-ampulek do mrożenia materiału biologicznego w ciekłym azocie.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie sterylnych krioprobówek z gwintem wewnętrznym bez potwierdzenia sterylności normą ISO 11137 a posiadających CE/IVD certyfikat

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Krioprobówki muszą mieć określona normę sterylności (ISO 11137). Zgodność z normą sterylności ISO jest wymagana przy realizacji projektu TCGA

PYTANIE

Przedmiot zamówienia – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki sterylne pakowane po 100 szt

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga aby krioprobówki były w opakowaniach max po 50 szt. 50szt. krioprobówek w opakowaniu zapewnia lepsze zabezpieczenie ich sterylności ponieważ otwarte opakowanie jest szybciej zużyte

Jednocześnie Zamawiający informuj, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 22.09.2010 do godz. 10.00

Otwarcie ofert w dniu 22.09.2010 o godz. 11.00

Z poważaniem,