

Poznań, dn. 29.10.2010 r

EZ/ 7311/1/2010

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 125/2010 na zakup i dostawę sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku.

W nawiązaniu do pisma EZ/7311/2010 z dnia 27.10.2010r, Wielkopolskie Centrum Onkologii, odpowiada niniejszym na pytanie dotyczące Pakietu VIII:

**Pytanie**

Pakiet VIII

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania, system do odsysania konkurencyjnego producenta, pod warunkiem doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie ( kanistry, mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do doposażenia.

System nasz charakteryzuje się **kanistrami** ( wyskalowane) bez żadnych przyłączy ( wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). **Wkłady** posiadające w pokrywie tylko dwa króćce ( pacjent, próżnia) o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów, wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, pełniący funkcję zastawki odcinającej ssanie, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Nie posiadają otworu do żelowania wkładu jak i otworu do pobierania próbek. W proponowanym przez nas systemie proszek żelujący zasysany jest w sposób bezpieczny poprzez port pacjenta. Dostępne pojemności: 1, 2 i 3L ( wkłady 2L- wyskalowane)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapis SIWZ ze względu na brak miejsca na blokach operacyjnych na dodatkowe oprzyrządowanie – mocowania.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna