

Poznań, dnia 29.10.2010 r.
EZ/____7346/3____/2010

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie
publiczne**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 127/2010 Zakup i dostawa urządzeń i mebli
medycznych.

INFORMACJA.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły kolejne zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które przygotowywane są odpowiedzi.

ZMIANA TERMINÓW.

Jednocześnie informujemy, iż przedłuża się terminy postępowania. Ustala się:

- **Termin składania ofert do dnia 08-11-2010 r. do godz. 9.00**
- **Termin otwarcia ofert w dniu 08-11-2010 r. o godz. 10.00**

ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Zmienia się ilość w pakiecie nr 3.

Jest: „Pakiet nr 3 parawan przejezdny – szt. 1”
Winno być: „Pakiet nr 3 parawan przejezdny – szt. 2”

2. Dodaje się pakiet nr 6

PAKIET NR 6

Producent:
Kraj pochodzenia
Oferowany model
M-c i rok produkcji

Pakiet nr 5 wstrząsarka – szt. 1

Wstrząsarka ma służyć do delikatnego mieszania i energicznego zawieszania komórek oraz biologicznych i chemicznych składników roztworu. Urządzenie dostosowane do

pracy w dwóch trybach do pracy ciągłej i pracy impulsowej, który jest uruchamiany po naciśnięciu głowicy.

- prędkość 250-3000obr/min,
- głowica przystosowana do probówek od 1,5 ml o 50 ml,
- max obj. wstrząsania – 30 ml
- średnica ruchu
- wymiary urządzenia [mm] 90x150x80
- waga 1,1 kg
- zasilacz zewnętrzny DC 12V, 500mA

Informujemy, iż w związku z tym, że formularze ofertowe przedstawione są w SIWZ na www.wco.pl w formacie WORD Wykonawca sporządzając ofertę może samodzielnie dopisać nr oferowanego pakietu w wymaganych miejscach [*np. termin realizacji, cena netto i brutto*].

Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna