

Poznań, dnia 03-11-2010 r.  
EZ/\_\_\_\_7346/4\_\_\_\_/2010

**Wg rozdzielnika:  
do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 127/2010 Zakup i dostawa urządzeń i mebli medycznych.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż udziela odpowiedzi na zadane pytania. Terminy postępowania zostały zmienione pismem z dnia 29.10.2010 r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI:**

Dotyczy pakietu 4 wirówka laboratoryjna stołowa.

1. Czy zamawiający wymaga wyposażenia do wirówki? Jeśli tak, to proszę o podanie jaki wirnik i na jakie pojemności jest wymagany.

ODPOWIEDŹ: Wirniki kątowe - 4 x 100 ml  
- 6 x 50 ml  
- 4 x 30 ml

Wirnik horyzontalny: 4 x 100 ml

2. Proszę o określenie przez zamawiającego wielkości i ilości probówek jaka ma być wirowana. Bez w/w informacji nie można określić typu wirnika do zamawianego urządzenia.

ODPOWIEDŹ: Probówki szklane do wirówek: 100 ml – 8 szt.; 50 ml – 12 szt.; 30 ml - 8 szt.

**SPROSTOWANIE**

W związku z rozszerzeniem przedmiotu zamówienia [w dniu 27 i 29. 10.2010 ] nastąpiła pomyłka w numeracji pakietów. Poniżej podajemy prawidłową kolejność.

Winno być:

<b>Pakiet nr 1</b>	<b>negatoskop 2-klatkowy – szt. 1</b>
<b>Pakiet nr 2</b>	<b>stojak do kroplówki – szt. 3</b>
<b>Pakiet nr 3</b>	<b>parawan przejezdny – szt. 1</b>
<b>Pakiet nr 4</b>	<b>wirówka laboratoryjna stołowa - szt. 1</b>
<b>Pakiet nr 5</b>	<b>łaźnia wodna cyfrowa – szt. 1</b>
<b>Pakiet nr 6</b>	<b>fotel kosmetyczny – szt. 1</b>
<b>Pakiet nr 7</b>	<b>wstrząsarka – szt. 1</b>

Z poważaniem,  
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna