

Poznań, dnia 15.12.2010
EZ/8483/2010

Wg rozdzielnika:

Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 134/2010 Zakup, dostawa i montaż aparatu do otoemisji akustycznej i aparatu do typanometrii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Pakiet nr 2

Aparat do typanometrii

pkt 9

Czy poprzez stwierdzenie "Na wyposażeniu jedna wspólna sonda do badań TEOAE i DPOAE" zamawiający wymaga aby typanometr posiadał sondę umożliwiającą przeprowadzenia badań TEOAE i DPOAE czy jest to omyłka?

ODPOWIEDŹ

W przypadku pakietu nr 2 punkt 9 jest to omyłka. W związku z czym punkt 9 zostanie wykreślony

PYTANIE

Pakiet nr 2

Czy zamawiający dopuszcza oferowanie urządzenia zgodnego z EN60601-1 klasa II typ B, zasilanego z wewnętrznego źródła zasilania? Urządzenie posiada medyczny certyfikat CE, oraz deklarację zgodności.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

PYTANIE

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wymaga możliwości stosowania tonów pomiarowych o pośrednich częstotliwościach tj. 678Hz, 800Hz? Możliwość zastosowania powyższych tonów pomiarowych jest szczególnie przydatna w przypadku badania dzieci do lat 4.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

PYTANIE

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o standardowym i powszechnie stosowanym zakresie ćwiczeń: +300daPa – 600 daPa. Zgodnie z normą PN EN60645-5-2005 wymagany zakres ćwiczeń dla urządzeń klinicznych to +200daPa -600daPa. Podany przez Zamawiającego wymóg znacząco ogranicza grono potencjalnych Wykonawców, nie ma przy tym istotnego wpływu na wartość diagnostyczną urządzenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

PYTANIE

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza ty panometr nieposiadający dondy TEOAE i DPOAE? Powyższy wymóg najprawdopodobniej wynika z omyłki i nie jest typowym parametrem audiometru impedancyjnego.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuszcza ty panometr nie posiadający sondy TEOAE i DPOAE. Jest to omyłka. Punkt 9 w pakiecie nr 2 zostaje anulowany.

PYTANIE

Prosimy o sprecyzowanie SIWZ w pakiecie nr 2 pkt.9 „Na wyposażeniu jedna wspólna sonda do badań TEOAE i DPOAE”: czy Zamawiający omyłkowo nie zamieścił punktu 9 gdyż, sonda do badań TEOAE i DPOAE dotyczy aparatu do otoemisji akustycznej. Ten sam punkt znajduje się w pakiecie nr 1 pkt. 9. W związku z czym prosimy o wykreślenie tego punktu.

ODPOWIEDŹ

W przypadku pakietu nr 2 punkt 9 jest to omyłka. W związku z czym punkt 9 zostanie wykreślony.

Z poważaniem,