

Poznań, dnia 20.12.2010
EZ/8483/1/2010

Wg rozdzielnika:

Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 134/2010 Zakup, dostawa i montaż aparatu do otoemisji akustycznej i aparatu do typanometrii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż koryguje treść pytań i odpowiedzi z dnia 15.12.2010 nr EZ/8483/2010.

BYŁO

PYTANIE

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o standardowym i powszechnie stosowanym zakresie ćwiczeń: +300daPa – 600 daPa. Zgodnie z normą PN EN60645-5-2005 wymagany zakres ćwiczeń dla urządzeń klinicznych to +200daPa -600daPa. Podany przez Zamawiającego wymóg znacząco ogranicza grono potencjalnych Wykonawców, nie ma przy tym istotnego wpływu na wartość diagnostyczną urządzenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

POWINNO BYĆ

PYTANIE

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o standardowym i powszechnie stosowanym zakresie ćwiczeń: +300daPa – 600 daPa. Zgodnie z normą PN EN60645-5-2005 wymagany zakres ćwiczeń dla urządzeń klinicznych to +200daPa -600daPa. Podany przez Zamawiającego wymóg znacząco ogranicza grono potencjalnych Wykonawców, nie ma przy tym istotnego wpływu na wartość diagnostyczną urządzenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zakres +300daPa -600daPa

Z poważaniem,